
Katalog 2025



Intensiv
Swiss Dental Products



Via al Molino 107, CH-6926 Montagnola, Schweiz

Proud member of

SWISS dental industry.ch

SWISS MEDTECH

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Das Intensiv-Team stellt sich vor

Ihre Erwartungen an überragende Qualitätsprodukte sind unsere tägliche Aufgabe.

Die sorgfältige Rohstoffbeschaffung und unsere anspruchsvollen industriellen Prozesse gehören zu unseren täglichen Aufgaben, Produkte von konstant überragender Qualität zu garantieren. Exzellenz in der Verarbeitung der Naturdiamantkristalle ist unsere strategische Ausrichtung.

Wir sind stolz, den Intensiv Katalog 2025 mit neuen Produkten und der Bestätigung langjähriger bewährter Produkte zu präsentieren. Intensiv Produkte sind klinisch erprobt und werden von einem umfangreichen internationalen Netzwerk von Dentalexperten wissenschaftlich und klinisch begleitet. Dieses Netzwerk ermöglicht der Intensiv, den jährlichen Dental Innovation Congress und zahlreiche hands-on Workshops zu veranstalten.



Grüsse vom Intensiv-Team, das täglich mit Leidenschaft und Engagement für die konstant überragende Qualität der Intensiv-Produkte arbeitet. Neben den hier vorgestellten Personen gibt es noch zahlreiche weitere Kollegen, die zum Erfolg der Intensiv beitragen.

Index

Intensiv Sets

Kons Sets

- Intensiv Minimal Invasive Preparation Set Neu 10
- Intensiv Cerinlay Set 11
- IIntensiv Mini Prep Set 12
- Intensiv Composhape Set 1 13
- Intensiv Composhape Set Anterior & Posterior 14
- Intensiv Combi Prep Set: Direct Restauration 15
- Intensiv Perio Set 16

Prothetik Sets

- Intensiv Guided Universal Prep Set 20
- Intensiv Sets Direct and Indirect Anterior & Posterior 22
- Intensiv Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations 24
- Intensiv Universal full Crown and Porcelain Veneer Prep Set 26
- Intensiv Tooth Caring Bur Set 27
- Intensiv Modular Veneer Set 28
- Intensiv Geneva Prep Set 29

Zirconoxid-Keramik schleifen

- Intensiv ZirconCut Prosthetics 30
- Intensiv Rockle Neu 32

Formen-Tabelle Intensiv DiaRotary

Intensiv DiaRotary 34

- Kugel 36
- Konus - umgekehrt 38
- Birne 40
- Zylinder 42
- Flamme 49
- Konus 52
- Torpedo 64
- Football 68
- Rad 72
- Linse 73
- Spezielle Formen 74

Cutting Instruments

- Intensiv Cutting 80

Trays

- Intensiv HygienicTray Neu 84
- Intensiv InstrumentTray 85
- Intensiv ProxoshapeTray 86
- Intensiv Ortho-StripsTray 87

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Swingle und oszillierende Instrumente

Swingle

- Intensiv Swingle® 90
- Intensiv Swingle® SWISS EDITION 91

Oszillierende Instrumente

- Intensiv Proxoshape 92
- Intensiv Proxoshape Flexible 94
- Intensiv Bevelshape 95

Instrumente für die Kieferorthopädie

- Intensiv Ortho-Strips® System 98
- Intensiv Ortho-Strips® System, Central 100
- Intensiv Ortho-Strips® Sets Neu 102
- Intensiv IPR-DistanceControl 103
- Intensiv ApproxOpener 103

Finieren und Polieren

- Intensiv PrepTwins 106
- Intensiv ProxoStrip 108
- Intensiv ProxoStrip Plus 108
- Intensiv ProxoStrip Anterior 109
- Intensiv ProxoContour Coarse 109
- Intensiv ProxoPolish 110
- Intensiv UniglossPaste 111
- Intensiv UniglossPolisher 111

Zubehör

- Intensiv DiaTweezer Neu 114
- Intensiv PerioDiaCurette 115
- Intensiv ApproxOpener 115

- Hinweise für Intensiv Diamantinstrumente 116
- Intensiv Tabellenstruktur 117
- Intensiv Artikel-Verzeichnis 118



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved


intensiv
Swingle



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Kons Sets





Kons Sets

Intensiv Minimal Invasive Preparation Set 10

Intensiv Cerinlay Set 11

Intensiv Mini Prep Set 12

Intensiv Composhape Set 1 13

Intensiv Composhape Set Anterior & Posterior 14

Intensiv Combi Prep Set: Direct Restauration 15

Intensiv Perio Set 16

Intensiv Minimal Invasive Preparation Set

Neu

Diamantinstrumente für die Präparation bei minimal invasiver und defektorientierter Veneer und Overlay Restaurationen

Der aktuelle Trend der Veneer und Overlay Restaurationen ist defektorientiert und mit minimal invasiver Präparationstechnik. Dafür werden grazile Diamantinstrumente mit einer mittleren Körnung eingesetzt. Die goldenen Intensiv Diamantinstrumente mit einer 50 Mikron-Körnung sind leicht abrasiv mit Finier-Eigenschaften.





REF 146

Produktbeschreibung

- 1 Konus spitz, lang, Ø 012, 50 µm
- 1 Flamme lang, zylindrisch, Ø 011, 50 µm
- 1 Konus rund, Ø 015, 50 µm
- 1 Football Knospe, Ø 022, 50 µm
- 1 Football Eiform schlank, Ø 016, 50 µm
- 1 Kugel, Ø 018, 50 µm
- 1 oszillierende Feile, 50 µm

Farbcode	Mikron		Beschreibung
514	50 µm		Golden Burs





Indikationen

- Preparation für vollständige oder parziale Veneerversorgungen
- Präparation für Overlay-Restaurationen

Vorteile

- Einzigartige Intensiv «Golden Burs», 50 µm - leicht abrasiv mit Finiereigenschaften
- Nur 6 grazile FG-Instrumente für eine minimal invasive Preparation
- 1 oszillierende Feile, Gold, 50 µm zur Anwendung mit Intensiv Swingle Winkelstück (siehe Seite 90)

Klinische Abbildungen

PD Dr. Alexis Ioannidis, Zürich, Schweiz







01 Nivellierung der Präparation mit oszillierenden Feile

02 Finieren der zervikal marginalen Präparation

03 Finieren der Präparationsränder

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Cerinlay Set

Spezifische Diamantinstrumente fur die Kavitäten-Präparation für Inlays

Die Rekonstruktion mit Keramik-Inlays erfordert einfache Präparationen mit gerundeten internen Kanten und Kavitätenränder ohne Anschrägungen. Die geringe Konizität und die adäquat geringen Durchmesser dieser Instrumente erlauben eine Realisierung von unterschnittfreien Kavitätenpräparationen.




REF 011

Produktbeschreibung

- 4 Konus, Kanten rund, Ø 014 und 018, 6 und 8 mm, 80 µm
- 4 form- und dimensionskongruente Instrumente in 25 µm

Farbcode	Mikron		Beschreibung
524	80 µm		Medium
514	25 µm		Fine



REF 011 – FG

R 0.28 L 6.0 ∅ 014	R 0.20 L 8.0 ∅ 014	R 0.28 L 6.0 ∅ 018	R 0.28 L 8.0 ∅ 018	R 0.28 L 6.0 ∅ 014	R 0.20 L 8.0 ∅ 014	R 0.28 L 6.0 ∅ 018	R 0.28 L 8.0 ∅ 018
FG 8425	FG 8427	FG 8525	FG 8526	FG 3425	FG 3427	FG 3525	FG 3526

Indikationen

- Präparation und Feinbearbeitung von Keramik-Inlay Kavitäten für Prämolaren und Molaren

Vorteile

- Klinisch geprüfte Präparationsmethode der Universität Berlin
- Finieren von frakturfreien Schmelzrändern
- Spaltfreie marginale Einpassung der Inlays möglich

Klinische Abbildungen

Universität Berlin, Deutschland







01 Präparation einer Kavität für Teilkronenpräparation mit Instrument FG 8526

02 Finieren der Präparation mit Instrument FG 3526

03 Finieren der Kavität mit Instrument FG 3525

Intensiv Mini Prep Set

Diamantinstrumente für minimal invasive Restaurationen

Die minimal invasiven Restaurationstechniken haben zum Ziel, den Verlust von gesunder Zahnhartsubstanz einzuschränken. Defektorientiertes Vorgehen fordert daher Präparationstechniken mit entsprechend miniaturisierten Instrumentenformen.




REF 144


Produktbeschreibung

- 1 Zylinder, Ø 007, 2 mm, 40 µm
- 2 Kugeln, Ø 007, mit unterschiedlichen Halslängen, 40 µm
- 1 Rad, Ø 015, 0.7 mm, 40 µm

Farbcode	Mikron		Beschreibung
514	40 µm		Fine



REF 144 – FG



Indikationen

Präparation von:
- Amalgam- und Kompositfüllungen der Klasse I
- Kompositfüllungen der Klassen II und III
- Palatinalen Füllungen
- Tunnelpräparationen

Vorteile

- Erhaltung der gesunden Zahnhartsubstanz
- Erhalt der Randleiste bei Tunnelpräparationen
- Selektiver Zugang möglich
- Kein Nachfinieren notwendig

Klinische Abbildungen

Universität Zürich, Schweiz







01 Tiefenkontrolle der Präparation mit Instrument FG 4612

02 Präparieren einer palatinalen Mikrokavität mit Instrument FG 4610

03 Palatinale Öffnung und Präparation einer Frontzahnkavität mit Instrument FG 4610

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Composhape Set 1

Diamantinstrumente für das Konturieren und Finieren von Kompositfüllungen

Die Ausarbeitung und Vorpolitur von Kompositfüllungen ist ein wesentlicher Schritt bei der restaurativen Behandlung; der Erhalt des Zahnes muss gewährleistet sein und Schmelz- und Füllungsfrakturen müssen ausgeschlossen werden, um Infiltrationen und Sekundärkaries zu vermeiden.




REF 015

Produktbeschreibung

- 2 Flammen, Ø 010 und 012, 5 und 7 mm, 40 µm
- 1 Torpedo, Ø 014, 6 mm, 40 µm
- 1 Football, Ø 021, 5 mm, 40 µm
- 2 Kugelformen, Ø 017 und 024, 40 µm
- Form- und dimensionskongruente Instrumente in 15 µm

Farbcode	Mikron		Beschreibung
514	40 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine



REF 015 – FG

L 5.0 ∅ 012	L 7.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 014	L 5.0 ∅ 021	∅ 017	∅ 024
FG 4205	FG 4205L	FG 4062	FG 4255	FG 4201	FG 4400
FG 5205	FG 5205L	FG 5062	FG 5255	FG 5201	FG 5400

Alle Instrumente sind auch in RA erhältlich



Indikationen

Ausarbeitung und Finierung von:

- Kompositfüllungen im Front- und Seitenzahnbereich
- Erweiterten Fissurenversiegelungen mit fliessenden Komposits
- Schmelzrändern bei Adhäsiv-Präparationen

Vorteile

- Signifikante Reduktion von Schmelz- und Füllungsrandfrakturen
- Glatte Füllungsoberflächen, Voraussetzung für die Hochglanzpolitur

Universität Zürich, Schweiz





Intensiv Composhape Set Anterior & Posterior

Instrumente für alle Zahnmorphologien. Feine Körnung für Modellierung, extrafeine Körnung für glattere Oberflächen

Die Ausarbeitung der adhäsiven Restaurationen muss nondestruktiv sein und die Oberfläche ideal für die Hochglanzpolitur vorbereitet sein. Schmelz- und Füllungsrandfrakturen treten signifikant weniger häufig auf; der Anteil perfekter Randschlüsse ist dementsprechend grösser.




REF 018

Produktbeschreibung

- 1 Konus, rund, Ø 016, 10 mm, 40 µm
- 2 Flammen kurz und lang, Ø 014 und 012, 3 und 5 mm, 40 µm
- 1 Birne, lang, Ø 013, 4.5 mm, 40 µm
- 1 Football, Ø 021, 5 mm, 40 µm
- 1 Kugel, Ø 017, 40 µm
- Form- und dimensionskongruente Instrumente in 15 µm

Farbcode	Mikron		Beschreibung
514	40 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine



REF 018 – FG

L 10.0 ∅ 016	L 3.0 ∅ 014	L 5.0 ∅ 012	L 4.5 ∅ 013	L 5.0 ∅ 021	∅ 017
FG 4236	FG 4274	FG 4205	FG 4223	FG 4250	FG 4201
FG 5236	FG 5274	FG 5205	FG 5223	FG 5250	FG 5201

Alle Instrumente sind auch in RA erhältlich



Indikationen

- Kompositfüllungen Front- und Seitenzähne
- Komposit- und Keramikinlays, Veneers
- Erweiterte Fissurenversiegelungen mit fliessenden Komposits
- Schmelzränder bei Adhäsiv- Präparationen

Vorteile

- Signifikante Reduktion von Schmelz- und Füllungsrandfrakturen
- Glatte Füllungsoberflächen, eine Voraussetzung für die Hochglanzpolitur

Universität Zürich, Schweiz



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Combi Prep Set: Direct Restoration

Diamantinstrumente für direkte zahnfarbene adhäsive Restaurationen

Die direkten Restaurationstechniken erfordern Präparationen, insbesondere bei adhäsiven Restaurationen spielt die definitive Randgestaltung beim Finieren eine wesentliche Rolle. Für diese Restaurationstechniken sind abgestimmte, rotierende und oszillierende Instrumente hilfreich.




REF 133

Produktbeschreibung

- 4 Zylinder, Ø 010 und 014, 5 mm, 80 und 25 µm
- 1 Zylinder, Ø 009, 3 mm, 80 µm
- 2 Kugeln, Ø 010 und 012, 80 µm
- 3 Flammen kurz und lang, Ø 010 und 012, 40 und 8 µm
- 1 Intensiv Proxoshape Feile PS2, 40 µm
- 1 Kugel, Ø 024, 40 µm

Farbcode	Mikron		Beschreibung
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
494	8 µm		Ultra fine



REF 133 – FG

L 5.0 ∅ 014 FG 8714	L 5.0 ∅ 014 FG 3714B	L 5.0 ∅ 010 FG 8710	L 5.0 ∅ 010 FG 3710B	L 3.0 ∅ 009 FG 8212S	∅ 012 FG 8200	∅ 010 FG 8200S	L 5.0 ∅ 012 FG 4205
L 5.0 ∅ 012 FG 9205	L 7.0 ∅ 010 FG 4205L	L 8.50 PS2	∅ 024 FG 4400				

Indikationen

- Präparation von Kavitäten für ästhetische adhäsive Füllungen im Front- und Seitenzahnbereich

Vorteile

- Scharfkantige frakturfreie Präparationsränder
- Unsichtbare zahnfarbene Restauration
- Klinisch geprüfte Restaurationsmethode der Universität Zürich

Universität Zürich, Schweiz



Intensiv Perio Set

Diamantinstrumente für die Unterstützung der Odontoplastik und die mechanische Wurzelglättung

Die wichtige Massnahme in einer Parodontitisbehandlung ist die Reinigung und Politur der Wurzeloberfläche. Plaque sowie der Zahnstein und endotoxinhaltige Zementschichten, müssen restlos entfernt werden.





Produktbeschreibung

- Die gröberen 75 µm Instrumente dienen allein der Odontoplastik
- Die feinkörnigen 40 µm Instrumente werden zur Depuration der Wurzeloberflächen verwendet
- Die 15 µm Instrumente werden für die abschliessende Wurzelfeinglättung verwendet

REF 045, Intensiv Perio Set.
Alle Intensiv Perio Instrumente sind erhältlich in Packungen zu 1, 3 oder 6 Stück

Farbcode	Mikron		Beschreibung
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine





Indikationen

- Mechanisches Entfernen der Konkremente
- Wurzelfeinglättung
- Odontoplastik


Vorteile


- Glatte und homogene Wurzeloberflächen

Prof. K. H. Rateitschak,
Universität Basel, Schweiz



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved





Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Prothetik Sets





Prothetik Sets

Intensiv Guided Universal Prep Set 20
Intensiv Sets Direct and Indirect Anterior & Posterior 22
Intensiv Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations 24
Intensiv Universal full Crown and Porcelain Veneer Prep Set 26
Intensiv Tooth Caring Bur Set 27
Intensiv Modular Veneer Set 28
Intensiv Geneva Prep Set 29
Intensiv ZirconCut Prosthetics 30
Intensiv Rockle 32

Intensiv Guided Universal Prep Set

Innovatives Prep-Set im Edelstahl-Tray.
Ein Diagramm führt durch die aktuellen Präparationsmethoden der modernen rekonstruktiven Zahnheilkunde



REF 157



REF 158

Produktbeschreibung

TRAY:


- Zweiteiliges Edelstahl-Tray, bestehend aus einem Sockel, trennbar verbunden mit einem Deckel.
  Masse: L 77 mm, B 75 mm, H 31 mm
- Das Tray ist mit einem Diagramm sowie mit Piktogrammen der Instrumente bedruckt, zur sicheren, strukturierten Führung durch die klinischen Anwendungen


INSTRUMENTE:

- 1 Konus, spitz, Ø 012, 11 mm, 80 µm
- 4 Zylinder, rund, x-lang, Ø 012, 013 und 011, 10 mm, 90 und 40 µm
- 1 Kugel, rund, Ø 018, 90 µm
- 2 Konus, Kante rund, Ø 018, 8 mm, 80 und 40 µm
- 2 Football, Ø 023 und 021, 5 mm, 106 und 40 µm
- 1 Konus, rund, Ø 016, 8 mm, 50 µm

Farbcode	Mikron		Beschreibung
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.





Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Indikationen

- Veneer-Präparation
- Kronenpräparation
- Vollkeramische Rekonstruktionen
- Rekonstruktionen aus Zirkonoxidkeramik
- Optische Abformung und CAD/CAM
- Von minimal-invasiver bis zu konventioneller Präparationstechnik

Vorteile

- Klar definierte und effiziente Anwendung der Diamant Instrumente dank des auf dem Tray aufgedruckten Diagramms, mit empfohlener Abfolge der Instrumente und deren Körnungen
- Einzigartiges, innovatives Prep-Set für alle modernen Rekonstruktionsarten
- Sichere Identifizierbarkeit und Aufbewahrung der Instrumente

Klinische Abbildungen

Zentrum für Zahnmedizin ZZM Zürich





Klassisches Veneer

01 Vor dem Präparieren wurde ein ultradünner Retraktionsfaden zum Schutz der marginalen Gingiva in den Sulkus gelegt. Interdentale Präparation mit dem Separierdiamant FG D3

02 Axiale Reduktion mit dem Veneer-Präpdiamant FG D18GB, 0,5 mm breite Schulterpräparation







Additional Veneer (defekt-orientierte Präparation)

03 Interdentale, am Defekt orientierte, Präparation mit dem Separierdiamant FG D3

04 Axiale Reduktion mit dem Veneer-Präpdiamant FG D18GB, auslaufender Rand

05 Veneer Detailaufnahme

06 Schulterpräparation an Zahn 21: Legen eines ultradünnen Fadens, interdentales Separieren mit dem Separierdiamanten FG D3, 1 mm breite zirkuläre innen gerundete Schulterpräparation mit dem Schulterdiamanten FG 305L. Für schmale Stümpfe und enge Verhältnisse steht im Präpset ein schmaler Schulterpräp-Diamant FG 307A zur Verfügung







Voll-Kronen-präparation

07 Finieren der Schulter und der axialen Wände: der Stumpf wird mit den analog zu den Dimensionen des Präparierdiamanten neu entwickelten zylindrischen Finierdiamanten FG 4307N (breit) geglättet

08 Die palatinale Kehlung mit dem stirnseitig gerundeten Football Diamant FG 250

09 Defektorientierte Overlay (Tabletop) Präparation bei einem Patienten mit erosiv und/oder abrasiv geschädigtem Gebiss, Grobpräparation mit dem Präparierdiamant FG 8526, gegebenenfalls okklusale Präparation mit dem Football-Diamant FG 250





Teilkrone, Overlay (Tabletop) Präparation

10 Finieren mit den zugehörigen Finierdiamanten FG 4526 und gegebenenfalls FG 4250, nachträglich Brechen aller scharfen Kanten mit abrasiven Scheiben, eingespannt in das Mandrell







Klebebrücken Präparation

11 Definition einer mesialen und distalen Rille in der gewünschten Einschubrichtung im Schmelz leicht palatinal des zukünftigen Kontaktpunkts mit dem Separierdiamant FG D3

12 Erweitern der Rille mit dem konischen Veneer-Präp- Diamanten FG D18GB im Schmelz, damit Erfüllung der für Vollkeramik und CAD/CAM Herstellung geltenden Anforderungen (apikal abgerundet, 6° Konizität, klare Definition der Rillen)

13 Präparation eines Zingulumauflagers in den Schmelz mit dem Kugeldiamant FG 201

Intensiv Sets Direct and Indirect Anterior & Posterior

Diamantinstrumente für anteriore und posteriore direkte und indirekte Restaurationen

Die direkten und indirekten ästhetischen Restaurationen haben eine vorherrschende Rolle in der modernen Zahnheilkunde eingenommen und stellen eine neue Grenze zwischen der konservierenden Zahnheilkunde und der Prothetik dar.
Es wurde ein Instrumentensatz für alle klinischen Indikationen auf dem Gebiet der direkten und indirekten ästhetischen Restaurationen zusammengestellt.



REF 202PI



REF 202PD



REF 202ADI

Produktbeschreibung

3 Sets mit 8 Diamant-Schleifinstrumente,
jedes Set ist im Intensiv HygienicTray HT1000.

REF 202PI
Indirekte posteriore Restaurationen
- 1 Konus, Ø 012, 8 mm, 90 µm
- 4 Konus, Kante rund (KR) , Ø 014, 8 mm, 80 und 25 µm
- 1 Konus, Ø 020, 4 mm, 25 µm
- 2 Konus, Ø 018, 6 mm, 80 und 25 µm

REF 202PD
Direkte posteriore Restaurationen
- 1 Zylinder, Ø 009, 3 mm, 80 µm
- 4 Zylinder, KR, Ø 011 und 013, 6 mm, 80 und 25 µm
- 2 Zylinder, KR, Ø 014, 8 mm, 80 und 25 µm
- 1 Flamme, Ø 010, 7 mm, 40 µm

REF 202ADI
Direkte und indirekte anteriore Restaurationen
- 3 Kugeln, Ø 009, 014 und 023, 60 µm
- 1 Zylinder, rund Ø 012, 10 mm, 90 µm
- 1 Flamme, Ø 010, 7 mm, 40 µm
- 2 Kugeln, Ø 012 und 021, 40 µm
- 1 Zylinder, rund Ø 013, 10 mm, 40 µm

Indikationen

- Präparation anteriorer und posteriorer Kavitäten für direkte und indirekte Restaurationen
- Konservierende Präparationen mit perfekt finierten Kavitätenwänden und -rändern

Vorteile

- Anordnung im Intensiv HygienicTray (HT1000), um die Erkennung und Organisation der Sets zu vereinfachen
- Mögliche Individualisierung der Sets durch Einfügen zusätzlicher Instrumente dank der 13 FG und 5 RA Aufnahmen im Tray
- Dimensionskongruenz zwischen den Präparations- und Finierinstrumenten

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Klinische Abbildungen

Dr. R. Spreafico, Busto Arsizio, Italien



01 FG 8525: Kavitätenwandpräparation

02 FG 3413R: Ausarbeitung des okklusalen Kavitätenbodens

03 FG 8212S: Kavitätenöffnung für direkte Restaurationen


04 FG 3514/3614B/3414B: Ausarbeiten der Kavitätenränder

05 FG 305L: Präparieren labialer diagnostischer Rillen und Präparieren der Inzisalkante

06 FG 4307N: Ausarbeitung der Präparation für Veneers

Farbcode	Mikron		Beschreibung
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.



REF 202PI – FG

L 8.0 ∅ 012	L 6.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 018	L 4.0 ∅ 020	L 6.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 018
FG 116	FG 8425	FG 8427	FG 8525	FG 3413R	FG 3425	FG 3427	FG 3527

REF 202PD – FG

L 3.0 ∅ 009	L 6.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 013	L 7.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 013
FG 8212S	FG 8510	FG 8614	FG 8514	FG 4205L	FG 3514	FG 3614B	FG 3414B

REF 202ADI – FG

∅ 009	∅ 014	∅ 023	L 10.0 ∅ 012	L 7.0 ∅ 010	∅ 012	∅ 021	L 10.0 ∅ 013
FG 200S	FG 201S	FG 400S	FG 305L	FG 4205L	FG 4201S	FG 4400S	FG 4307N

Intensiv Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Diamantinstrumente für Inlays, Teil- und Vollkronen sowie für festsitzende Restaurationen

Die beiden Instrumentensätze erfüllen in idealer Weise alle Anforderungen an die anspruchsvollen und vielfältigen Präparations- und Ausarbeitungsziele der Cerec 3 Technologie.



REF 222A



REF 222B

Produktbeschreibung

INLAY-KAVITÄTEN UND TEILKRONEN:

- 4 Zylinder, Kante rund (KR), Ø 011 und 014, 5, 6 und 8 mm, 80 und 25 µm
- 1 Konus, KR, Ø 018, 8 mm, 25 µm
- 1 Konus, Ø 010, 8 mm, 25 µm

KRONENPRÄPARATION:

- 1 Konus, Ø 012, 11 mm, 80 µm
- 2 Zylinder, KR, Ø 014, 10 mm, 80 und 25 µm
- 1 Konus, KR, Ø 016, 8.06 mm, 80 µm
- 1 Football, spitz, Ø 022, 5 mm, 80 µm
- 1 Football, rund, Ø 021, 5 mm, 40 µm

FINIEREN:

- 4 Flammen, Ø 012, 013 und 014, 3 und 5 mm, 40 und 8 µm
- 1 Kugel, Ø 009, 60 µm
- 1 Kugel, Ø 012, 90 µm
- 2 Kugeln, Ø 024, 40 und 8 µm
- 2 Intensiv Proxoshape Feilen PS2 und PS9, 40 und 8 µm

Universitätsklinik für Zahnmedizin Zürich, Schweiz



Klinische Abbildungen

01 Stufenpräparation an Zahn 21: Anlegung der zirkulären Stufe mit FG 8422. Die Stufenbreite beträgt ca. 0.8 mm

02 Finieren der Präparation: Der Stumpf wird mit FG 3614B finiert

03 Hohlkehlpräparation an Zahn 11: Die zirkuläre Hohlkehle wird mit FG 8040 angelegt

04 Finieren der Präparation: Der Stumpf wird mit FG 3040B finiert

05 Stufenpräparation: Defektorientierte Kronenpräparationen an Molaren und Prämolaren nach dem Finieren zur adhäsiven Befestigung von vollkeramischen Cerec Kronen

06 Veneerpräparationen an den seitlichen Schneidezähnen ohne Fassung der Inzisalkanten

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Indikationen


- Kavitätenpräparation für Inlays und Teilkronen sowie vollkeramische Brücken aus Zirkonoxid-Zeramik
- Konturieren und Finieren der CAD/CAM-seitig vorgestalteten Okklusion

Vorteile


- Präzise Kavitätenkonturen für die optische Erkennung
- Erhaltung gesunder Zahnhartsubstanz
- Vorpolitur mit reduzierten Rautiefen
- Klinisch geprüfte Methode der Universität Zürich

Farbcode	Mikron		Beschreibung
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
494	8 µm		Ultra fine


*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.



REF 222A – FG



REF 222B – FG



(*Intensiv Proxoshape, Seiten 92-93)

Intensiv Universal full Crown and Porcelain Veneer Prep Set

Diamantinstrumente für prothetische Kronen- oder Brückenrestaurationen

Es ist bei prothetischen Präparationen erforderlich, präzise, wiederholbare und verlässliche Methoden zu befolgen. Die von Dr. Dazhaev, Moskau, in Zusammenarbeit mit Intensiv entwickelte Methode erlaubt es, strukturiert vorzugehen und so langanhaltende Ergebnisse zu garantieren.




Produktbeschreibung


- 3 Zylinder, rund, Ø 010, 012 und 021, 8 mm, 125 µm
- 2 Zylinder, rund, Ø 013 und 022, 8 und 5 mm 40 µm
- 2 Eiform Instrumente, Ø 023 und 022, 5 mm, 125 und 40 µm
- 2 Konus, rund, Ø 012 und 013, 10 mm, 125 und 40 µm
- 4 Tiefenmarkierer, Ø 010, 004, 006 und 008, 2 und 1 mm, 125 µm

REF 010

Farbcode	Mikron		Beschreibung
534	125 µm	106 µm*	Coarse
514	40 µm		Fine

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.





Indikationen

- Präparieren von Vollkronen
- Präparieren von Porzellan-Veneers

Vorteile

- Schnelle und präzise Reduzierung
- Tiefenanzeigen
- Präparieren einer präzisen Nettoauskehlung
- Verknüpfung einer klassischen und minimalinvasiven Methode der Präparation

Dr. G. Dazhaev, Moskau, Russland



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Tooth Caring Bur Set

Diamantinstrumente für das Tiefersetzen und Finieren von approximalen Kastenpräparationen und Stufenränder bei Stumpfpräparationen

Diese Präparationstechnik erfordert eine Serie spezieller Instrumente, die einen effizienten und kontrollierten Substanzabtrag ermöglichen. Gleichzeitig sichern diese Instrumente ideal finierte Oberflächen der Stufen und Ränder bei Stumpfpräparationen in der Prothetik.




Produktbeschreibung

- 2 Zylinder, Kante rund, nur stirnseitig diamantiert, Ø 011, 40 und 25 µm
- 3 formgleiche Instrumente, Ø 014, 80, 40 und 25 µm

REF 001

Farbcode	Mikron		Beschreibung
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine



REF 001 – VB1 – FG			REF 001 – VB2 – FG		
∅ 011	∅ 011		∅ 014	∅ 014	∅ 014
FG 01140	FG 01125		FG 01480	FG 01440	FG 01425

Indikationen


- Präparation von Stufenrändern und approximalen Kastenrändern

Vorteile

- Beibehaltung der präparierten Stumpf- und Hohlkehlgeometrien
- Vermeidung von iatrogenen Schäden

Universität Bern, Schweiz





Intensiv Modular Veneer Set

Diamantinstrumente fur die Veneer-Präparation

Keramik-Veneers gelten heute allgemein als gering invasive und dauerhafte Rekonstruktionsform. Eine auf den Schmelz beschränkte, definierte Zahn-Präparation ist die Voraussetzung für die dauerhafte, gewebeschonende Inkorporation von Veneers.




REF 099


Produktbeschreibung

- 1 Kugel, Ø 009, 60 µm
- 1 Pilotinstrument S4, 0.4 mm Eindringtiefe, 106 µm
- 1 Torpedo, Ø 014, 10 mm, 90 µm
- 1 Torpedo, kurz, Ø 011, 2 mm, 40 µm
- 2 Flammen, Ø 010, 7 mm, 40 und 15 µm
- 2 Football, Ø 029, 5.5 mm, 40 und 15 µm
- 2 Konus spitz, Ø 008 und 007, 4 mm, 40 und 15 µm

Farbcode	Mikron		Beschreibung
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	40 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.






Indikationen

- Veneer-Präparation

Vorteile

- Sicherung der empfohlenen Eindringtiefe von 0.4 mm
- Vollständige Instrumentenserie für die Veneer-Präparation

Dr. A. Schöler, Biel, Schweiz



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Geneva Prep Set

Diamantinstrumente für Kronen- und Brückenprothetische Restaurationen

Instrumente für klassische Kronen- und Brückenrestaurationen nach Methoden der Universität Genf.




REF 055


Produktbeschreibung

- 1 Konus, rund, Ø 012, 7 mm, 90 µm
- 2 Konus, rund, Ø 016 und 018, 10 und 8 mm, 106 µm
- 2 Konus, rund, Ø 022 und 023, 10 und 11 mm, 106 µm
- 1 Football, Ø 023, 5 mm, 106 µm
- 2 Konus, rund, Ø 016 und 024, 6 und 7 mm, 50 µm
- 1 Football, Ø 016, 3 mm, 50 µm

Farbcode	Mikron		Beschreibung
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	50 µm		Golden Burs GB

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.





Indikationen

- Stumpfpräparationen für Kronen und Brücken

Vorteile

- Reduzierte Instrumentenanzahl für komplexe Präparationsabläufe
- Geprüfte Methoden der Universität Genf

Universität Genf, Schweiz





Intensiv ZirconCut Prosthetics

Spezial-Diamantinstrumente für effizienteres Trennen von Zirkonoxidkeramik-Restaurationen

Das Trennen von Zirkonoxidkeramik-Restaurationen ist heute eine grosse Herausforderung in den Praxen. Das Material ist enorm kompakt und extrem hart. Das adhäsive Zementieren kann zu kaum lösbaren Verankerungen der Kronen und Brücken führen. Intensiv ZirconCut Spezial-Diamantinstrumente sind für effizienteres Trennen von Zirkonoxidkeramik-Restaurationen geeignet.



Produktbeschreibung

- 3 Edelstahl Instrumente mit mehrfacher Diamantbeschichtung in Durchmesser 014 oder 016
- Diamantkorngrösse: verschiedene Grössen von grob bis fein
- Formen:
  - Zylinder flach 90°, 6 mm
  - Zylinder rund, 6 mm
  - Zylinder Flamme, 5 mm
- Farbe: schwarz (Intensität kann sich ändern)
- Sterilisierbar und wiederverwendbar

Indikationen

- Trennung von Kronen und Brücken aus Zirkonoxidkeramik oder anderen Keramikmaterialien

Film:

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Schweiz



Vorteile

- Trennt Zirkonoxidkeramik signifikant schneller
- Längere und konstant höhere Schleifleistung der Instrumente
- Wissenschaftliche Studie der Zahnklinik der Universität Zürich

Klinische Abbildungen

01 Vorbereitung zum bukkalen Trennen einer Prämolar-Vollkeramikkrone aus Zirkonoxid

02 Darstellung von einer Prämolar-Vollkeramikkrone aus Zirkonoxid welche bukkal und okklusal geschnitten wurde


03 Okklusale Trennung einer Prämolar-Vollkeramikkrone aus Zirkonoxid

04 Darstellung von einer getrennten Prämolar-Vollkeramikkrone aus Zirkonoxid

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Neu





Intensiv Rockle

Winkelstück mit kraftvollerem Drehmoment für FG-Instrumente

Film Intensiv Rockle Anwendung



Produktbeschreibung

ROTRING-WINKELSTÜCK INTENSIV ROCKLE

Intensiv Rockle ist ein spezielles Rotring-Winkelstück mit standardisierter ISO-Kupplung, Wasserspray und integriertem Licht. Einzigartig ist die robustere interne Mikromechanik.

- Übersetzung 1:4, max. 160.000 rpm/min
- 3 grosse Wassersprаykanülen, Kapazität >50ml/min.
- Längeres FG-Spannsystem als übliche Winkelstücke
- Vergrösserter schwarzer Druckknopf zum leichteren Lösen und Spannen der Instrumente

Das Intensiv Rockle Winkelstück (s. Seite 32) ist besonders für den effizienten Einsatz der Intensiv ZirconCut Instrumente geeignet. Die Schleifleistung der Intensiv ZirconCut Instrumente wird mit dem Intensiv Rockle Winkelstück signifikant verstärkt. Rascheres Trennen und Schleifen von Zirkonoxidkeramik und anderen Keramiken als mit üblichen Winkelstücken.

Vorteile

- 20% stärkerer Drehmoment
- Erhöhte Belastbarkeit und besserer Halt der Instrumente
- Verringerte Vibration und Geräuschentwicklung zu üblichen Winkelstücken
- Höhere Spülleistung der Instrumente und verbesserte Kühlung

Intensiv Rockle

Neu

Winkelstück mit kraftvollerem Drehmoment für FG-Instrument.

Für das effiziente Schleifen und/oder Trennen von Zirkonoxidkeramik oder ähnlich harten Dentalmaterialien werden besonders stabile und resistente FG-Instrumente wie die Intensiv ZirconCut benötigt. Um die Schleifleistung der Instrumente zu erhöhen wurde Intensiv Rockle entwickelt. Die Intensiv ZirconCut schleifen mit höheren Drehmoment als übliche Winkelstücke. Zusätzlich ist das FG-Spannsystem verbessert, um den Halt der beanspruchten Instrumente zu gewährleisten.



Typ WK-900 LT

Produktbeschreibung

ROTRING-WINKELSTÜCK INTENSIV ROCKLE

Intensiv Rockle ist ein spezielles Rotring-Winkelstück mit standardisierter ISO-Kupplung, Wasserspray und integriertem Licht. Einzigartig ist die robustere interne Mikromechanik.

- Übersetzung 1:4, max. 160.000 rpm/min
- 3 grosse Wassersprаykanülen, Kapazität >50ml/min.
- Längeres FG-Spannsystem als übliche Winkelstücke
- Vergrösserter schwarzer Druckknopf zum leichteren Lösen und Spannen der Instrumente



Grosser schwarzer Knopf



Roter Ring, 1:4

Film Intensiv Rockle Anwendung

Indikationen


- Anspruchsvolles Schleifen oder Trennen von Zirkonoxidkeramik oder gleichwertigen Materialien

Vorteile

- 20% stärkerer Drehmoment
- Erhöhte Belastbarkeit und besserer Halt der Instrumente
- Verringerte Vibration und Geräuschentwicklung zu üblichen Winkelstücken
- Höhere Spülleistung der Instrumente und verbesserte Kühlung

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Klinische Abbildungen



Dr. Alessandro Devigus - Bülach, Schweiz

01 Instrumententiefe im Vergleich zu konventionellen Winkelstücken

02 Bukkales Kronentrennen

03 Koronales Kronentrennen

04 Okklusales Kronentrennen






Intensiv Rockle, Typ WK-900 LT

Intensiv ZirconCut Prosthetics

Spezial-Diamantinstrumente für effizienteres Trennen von Zirkonoxidkeramik-Restaurationen

Die Intensiv ZirconCut Instrumente (s. Seite 30) sind für die Anwendung mit Intensiv Rockle besonders gut geeignet. Rascheres Trennen und Schleifen von Zirkonoxidkeramik mit der Kombination Intensiv ZirconCut / Intensiv Rockle. Zwei Produkte mit überragender Leistung ergeben eine potenzierte Leistung.




Vorteile

- Trennt Zirkonoxidkeramik signifikant schneller
- Längere und konstant höhere Schleifleistung der Instrumente
- Wissenschaftliche Studie an der Zahnklinik der Universität Zürich

Formen-Tabelle
Intensiv DiaRotary

Kugel

S. 36-37




Konus - umgekehrt

S. 38-39



Birne


S. 40-41



Zylinder

Zylinder

S. 42-43




Zylinder, Kante rund

S. 44-45




Zylinder, rund

S. 46-47




Zylinder, spitz

S. 48



Flamme


S. 49-51



Konus

Konus, Kante 90°

S. 52-53



Konus, Kante rund

S. 54-55




Konus, Safe end

S. 56




Konus, rund

S. 57-59



Konus, spitz

S. 60-62



Konus, spitz

S. 63



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Torpedo

Torpedo

S. 64-65

876 877 878 879 879L

Torpedo, konisch

S. 66-67

877K 878K 879K 898

Football

S. 68-71

368 369 379 379 390 811 811L 899

Rad / Linse

Rad

S. 72

815 818 909

Linse

S. 73

825 825

Spezielle Formen


S. 74-76

392 833 526 839 874 889 842 848 818 834 835

S. 77

836 860 880

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine



*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KUGEL 801 • Rund

FG • ISO 314

∅ 006	∅ 007	∅ 009	∅ 010	∅ 012	∅ 014	∅ 016	∅ 017	∅ 018
FG 189	FG 199	FG 200S	FG 200N	FG 200 C	FG 201S C	FG 201S CB		FG 201N CB
	FG 4199	FG 200S GB	FG 8200S	FG 200	FG 201S	FG 201N C	FG 4201	FG 201 C
	FG 3200S	FG 4200S	FG 200N GB	FG 8200	FG 201S GB	FG 201N	FG 3201	FG 201
			FG 4200	FG 200 GB		FG 201N GB	FG 5201	FG 8201
			FG 3200	FG 4201S				FG 201 GB
				FG 5201S				

∅ 019	∅ 021	∅ 023	∅ 024	∅ 025	∅ 027	∅ 029	∅ 034	∅ 036
FG 201 CB	FG 400A C	FG 400S C	FG 400S CB	FG 400N CB	FG 400 C	FG 400 CB		FG 401 CB
	FG 400A	FG 400S		FG 400N C	FG 400	FG 400B C	FG 401 GB	FG 401 C
	FG 400S GB	FG 8400S		FG 400N	FG 8400	FG 400B	FG 4401	FG 401
	FG 4400S	FG 400N GB	FG 4400	FG 8400N			FG 3401	
	FG 3400S	FG 4400N	FG 3400	FG 400 GB			FG 5401	
	FG 5400S	FG 3400N	FG 5400				FG 9401	
			FG 9400					

FG long • ISO 315

∅ 012	∅ 014	∅ 016	∅ 018	∅ 023	∅ 025	∅ 027
FGL 200 C	FGL 201S C	FGL 201N C	FGL 201 C	FGL 400S C	FGL 400N C	FGL 400 C
FGL 200	FGL 201S	FGL 201N	FGL 201	FGL 400S	FGL 400N	FGL 400

RA • ISO 204

∅ 007	∅ 009	∅ 012	∅ 014	∅ 017	∅ 018	∅ 021	∅ 023	∅ 024
RA 199	RA 200S	RA 200 C	RA 201S C		RA 201 C		RA 400S C	
	RA 200S GB	RA 200	RA 201S	RA 4201	RA 201	RA 400S GB	RA 400S	RA 4400
		RA 200 GB	RA 201S GB	RA 3201	RA 201 GB	RA 5400S		RA 5400
				RA 5201				

∅ 025	∅ 027	∅ 034	∅ 036
RA 400 GB	RA 400 C		RA 401 C
	RA 400	RA 401 GB	RA 401
		RA 4401	

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

KUGEL 801L • Hals lang

FG • ISO 314

L 7.0 ∅ 007	L 10.5 ∅ 012	L 10.5 ∅ 014	L 8.5 ∅ 015	L 8.5 ∅ 016	L 10 ∅ 016	L 10.5 ∅ 018	L 10.5 ∅ 023
FG 4699	FG 200L	FG 196L	FG 4201NL	FG 201NL C FG 201NL FG 8201NL	FG 203L C FG 203L	FG 201L	FG 204L C FG 204L

KUGEL 802 • Hals diamantiert

FG • ISO 314


L 2.5 ∅ 009	L 2.5 ∅ 010	L 2.5 ∅ 012	L 3.0 ∅ 014	L 3.5 ∅ 016	L 4.0 ∅ 018	L 4.0 ∅ 019	L 4.5 ∅ 023
FG 300S C FG 300S FG 300S GB FG 4300S	FG 300A FG 4300	FG 300 C FG 300 FG 300 GB	FG 301S C FG 301S FG 301S GB	FG 301A C FG 301A	FG 301 C FG 301 FG 301 GB	FG 301 CB	FG 302A C FG 302A

RA • ISO 204

L 2.5 ∅ 012	L 3.0 ∅ 014	L 4.0 ∅ 018
RA 300	RA 301S	RA 301

Intensiv PrepTwins

RA • ISO 204



∅ 020

RA PT801/6
RA PT4801/6
RA PT5801/6

Diamant Polymer Finierer zur verfeinerten Formgebung sämtlicher Präparationen

Siehe Seiten 106-107



Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	50 µm		Golden Burs GB

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.



KONUS 805 • Standard, umgekehrt

FG • ISO 314

L 0.5 ∅ 007 FG 216A FG 216S GB	L 0.5 ∅ 008 FG 216S C FG 216S	L 0.7 ∅ 008 FG 216N GB	L 0.7 ∅ 009 FG 216N C FG 216N	L 1.0 ∅ 009 FG 217S GB	L 1.0 ∅ 010 FG 217S C FG 217S	L 1.0 ∅ 011 FG 216 GB	L 1.0 ∅ 012 FG 216 C FG 216	L 1.3 ∅ 013 FG 217 GB
L 1.3 ∅ 014 FG 217 C FG 217	L 1.5 ∅ 015 FG 202 GB	L 1.5 ∅ 016 FG 202 C FG 202	L 1.5 ∅ 017 FG 202 CB	L 2.0 ∅ 017 FG 402 GB	L 2.0 ∅ 018 FG 402 C FG 402	L 2.0 ∅ 019 FG 402 CB	L 2.5 ∅ 022 FG 416 GB	L 2.5 ∅ 023 FG 416 C FG 416
L 2.5 ∅ 024 FG 416 CB								

RA • ISO 204

L 0.7 ∅ 009 RA 216N	L 1.0 ∅ 011 RA 216 GB	L 1.0 ∅ 012 RA 216	L 1.5 ∅ 015 RA 202 GB	L 1.5 ∅ 016 RA 202 C RA 202

KONUS 806 • Umgekehrt, Hals diamantiert

FG • ISO 314

L 1.8 ∅ 007 FG 316S GB	L 1.8 ∅ 008 FG 316S C FG 316S	L 2.0 ∅ 008 FG 316N GB	L 2.0 ∅ 009 FG 316N C FG 316N	L 2.5 ∅ 011 FG 316 GB	L 2.5 ∅ 012 FG 316 C FG 316	L 5.0 ∅ 017 FG 302 GB	L 5.0 ∅ 018 FG 302 C FG 302	L 5.0 ∅ 019 FG 302 CB

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

KONUS 807 • Lang, umgekehrt

FG • ISO 314

L 3.0 ∅ 010	L 4.0 ∅ 011	L 4.0 ∅ 012	L 5.0 ∅ 013	L 5.0 ∅ 014	L 5.2 ∅ 016	L 5.5 ∅ 017	L 5.5 ∅ 018	L 5.5 ∅ 019
FG 207	FG 215S GB	FG 215S C FG 215S	FG 215 GB	FG 215 C FG 215	FG 118	FG 115 GB	FG 115 C FG 115	FG 115 CB

L 6.0 ∅ 021	L 6.5 ∅ 023
FG 119 C FG 119	FG 119A C FG 119A

DIABOLO 813

FG • ISO 314

L 1.1 ∅ 010	L 1.2 ∅ 012	L 1.7 ∅ 014	L 1.8 ∅ 016	L 1.9 ∅ 018	L 2.5 ∅ 020	L 2.5 ∅ 021
FG 297	FG 298 C FG 298	FG 299 C FG 299	FG 303S C FG 303S	FG 303A C FG 303A	FG 303 C FG 303	FG 303 CB

Intensiv Guided Universal Prep Set

Intensiv hat eine Vielzahl von Sets, die mit Experten für bestimmte klinische Anwendungen entwickelt wurden. Wie zum Beispiel das Intensiv Guided Universal Prep Set für die Präparationsmethoden der modernen rekonstruktiven Zahnheilkunde.

Siehe Seiten 20-21



Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine



*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

BIRNE 822 • Kurz, Stirn konvex

FG • ISO 314

L 2.0 ∅ 008	L 2.0 ∅ 009	L 2.0 ∅ 010	L 3.0 ∅ 012
FG 340	FG 341	FG 342	FG 343 C FG 343

BIRNE 830 • Stirn konvex

FG • ISO 314

L 3.0 ∅ 008	L 2.8 ∅ 009	L 2.8 ∅ 010	L 3.0 ∅ 010	L 3.0 ∅ 011	L 3.0 ∅ 012	L 3.0 ∅ 014	L 3.0 ∅ 016
FG 216B	FG 4218 FG 3218 FG 5218	FG 218B FG 8218	FG 217B	FG 4219 FG 3219 FG 5219	FG 219B	FG 220B	FG 221B

RA • ISO 204

L 3.0 ∅ 011
RA 3219

BIRNE 830R • Normal

FG • ISO 314

L 2.8 ∅ 010	L 2.8 ∅ 011	L 3.0 ∅ 012	L 3.0 ∅ 014	L 3.0 ∅ 015	L 3.0 ∅ 017	L 3.0 ∅ 018	L 3.0 ∅ 020
FG 218 C FG 218 FG 218 GB	FG 218 CB	FG 219 C FG 219 FG 219 GB	FG 219 CB FG 219N C FG 219N	FG 219N CB	FG 220S C FG 220S FG 220 GB	FG 220 C FG 220	FG 220 CB


RA • ISO 204

L 3.0 ∅ 012	L 3.0 ∅ 017	L 3.0 ∅ 018	L 3.0 ∅ 020
RA 219 C RA 219	RA 220 GB	RA 220 C RA 220	RA 220 CB


Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

BIRNE 830L • Lang, Stirn konvex

FG • ISO 314




RA • ISO 204




BIRNE 830RL • Lang, normal


FG • ISO 314



RA • ISO 204



Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine



*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

ZYLINDER 835 • Kurz

FG • ISO 314

L 2.0 ∅ 007	L 3.0 ∅ 007	L 3.0 ∅ 007	L 4.0 ∅ 007	L 3.0 ∅ 008	L 4.0 ∅ 008	L 3.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 009	L 3.0 ∅ 010
FG 4612	FG 4211S FG 3211S	FG 3212S	FG 612	FG 211S FG 212S GB FG 4212S FG 3210	FG 212 GB FG 4212	FG 212S FG 8212S FG 210 GB FG 4210	FG 212 C FG 212 FG 9214	FG 212S CB FG 210 C FG 210

L 4.0 ∅ 010	L 3.0 ∅ 011	L 4.0 ∅ 011	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 013	L 4.0 ∅ 014	L 4.0 ∅ 015	L 4.0 ∅ 016	L 4.0 ∅ 017
FG 212 CB FG 211 C FG 211 FG 8211 FG 3214 FG 5214	FG 210 CB	FG 214 GB FG 4214	FG 214 C FG 214 FG 8214	FG 214 CB FG 204 GB FG 4204	FG 204 C FG 204 FG 8204	FG 204 CB	FG 244 C FG 244	FG 244 CB

L 4.0 ∅ 018	L 4.0 ∅ 021	L 4.0 ∅ 022	L 4.0 ∅ 023
FG 244A C FG 244A	FG 304 GB FG 4304	FG 304 C FG 304	FG 304 CB

RA • ISO 204

L 3.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 009	L 3.0 ∅ 010	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 013	L 4.0 ∅ 014
RA 212S RA 210 GB	RA 212	RA 210	RA 214 C RA 214	RA 204 GB	RA 204 C RA 204

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

ZYLINDER 836 • Normal



FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 008	L 6.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 013	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016	L 6.0 ∅ 018
FG 98	FG 99	FG 114S C FG 114S FG 114 GB FG 4114	FG 114 CB FG 114 C FG 114	FG 114A C FG 114A	FG 115A C FG 115A

RA • ISO 204

L 6.0 ∅ 013	L 6.0 ∅ 015
RA 114 GB	RA 114

ZYLINDER 837 • Lang



FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 018
FG 314A	FG 4036 FG 5314S	FG 314S GB FG 4314S	FG 314S C FG 314S FG 5314	FG 314S CB FG 314 GB FG 4314	FG 314 C FG 314	FG 314 CB	FG 315A C FG 315A	FG 313A C FG 313A

RA • ISO 204

L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014
RA 4036	RA 314S GB	RA 314S	RA 314 GB	RA 314 C RA 314

ZYLINDER 837L • X-lang



FG • ISO 314

L 9.0 ∅ 010	L 9.0 ∅ 012	L 9.0 ∅ 014	L 9.0 ∅ 015	L 9.0 ∅ 016	L 9.0 ∅ 017	L 9.0 ∅ 018	L 9.0 ∅ 019
FG 312L	FG 313L C FG 313L	FG 316L C FG 316L FG 4314L	FG 314L GB	FG 314L C FG 314L	FG 314L CB FG 317L GB	FG 317L C FG 317L	FG 317L CB

ZYLINDER 842 • XX-lang



FG • ISO 314

L 12.0 ∅ 014
FG 502 C FG 502

Farbcode	Mikron		Beschreibung
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.



ZYLINDER 835KR • Kurz, Kante rund



FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 008	L 4.0 ∅ 010	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 014	L 4.0 ∅ 016	L 4.0 ∅ 018
FG 261	FG 262	FG 263 C FG 263	FG 264 C FG 264	FG 265 C FG 265	FG 266 C FG 266

ZYLINDER 836KR • Normal, Kante rund




FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 008	L 6.0 ∅ 009	L 5.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 011	L 6.0 ∅ 011	L 6.0 ∅ 012	L 6.0 ∅ 013
FG 397	FG 3510 FG 5510	FG 8710 FG 3710B	FG 398	FG 8510	FG 3514 FG 5514	FG 399 C FG 399 FG 4414 FG 3414 FG 5414	FG 3414B

L 6.0 ∅ 013	L 5.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 016	L 6.0 ∅ 018
FG 8514 FG 4414B	FG 8714 FG 3714B	FG 8414	FG 414 C FG 414 FG 8414B	FG 420 C FG 420	FG 421 C FG 421

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

ZYLINDER 837KR • X-lang, Kante rund



Intensiv Combi Prep Set: Direct Restoration

Intensiv hat eine Vielzahl von Sets, die mit Experten für bestimmte klinische Anwendungen entwickelt wurden. Wie zum Beispiel das Intensiv Combi Prep Set: Direct Restoration für direkte zahnfarbene adhäsive Restaurationen.

Siehe Seite 15



Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine



*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

ZYLINDER 838 • Kante rund

FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 008	L 4.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 010	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 013	L 4.0 ∅ 014	L 4.0 ∅ 015
FG 412A	FG 412 C	FG 411	FG 411A C	FG 404 GB	FG 404 C	FG 404 CB
FG 412 GB	FG 412		FG 411A	FG 3404	FG 404	
					FG 8404	

RA • ISO 204

L 4.0 ∅ 014
RA 404

ZYLINDER 880 • Normal, rund

FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 009	L 6.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 011	L 6.0 ∅ 012	L 6.0 ∅ 013	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 016
FG 305S GB	FG 305S C	FG 305S CB	FG 305 C	FG 305 CB	FG 334 C	FG 336 C
FG 4305S	FG 305S	FG 305 GB	FG 305		FG 334	FG 336
	FG 3305	FG 4305				
	FG 5305					

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

ZYLINDER 881 • Lang, rund



FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 009	L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016
FG 309 GB	FG 309 C FG 309	FG 309 CB FG 321 C FG 321 FG 4322	FG 322 C FG 322 FG 3315S FG 5315S	FG 315S GB FG 4315S	FG 315S C FG 315S FG 8315S	FG 324 C FG 324	FG 315S CB FG 307 GB FG 4307	FG 307 C FG 307 FG 5315

L 9.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 017	L 8.0 ∅ 018	L 8.0 ∅ 019	L 9.0 ∅ 019	L 8.0 ∅ 020	L 9.0 ∅ 020	L 8.0 ∅ 021	L 9.0 ∅ 021
FG 3315L FG 5315L FG 9315L	FG 307 CB FG 325 GB FG 4325	FG 325 C FG 325	FG 325 CB FG 315 GB FG 4315	FG 315L GB FG 4315L	FG 315 C FG 315	FG 315L C FG 315L FG 8315L	FG 315 CB	FG 315L CB

RA • ISO 204

L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014
RA 315S GB	RA 315S C RA 315S

ZYLINDER 882 • X-lang, rund



FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 010	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017
FG 3305L FG 5305L FG 9305L	FG 307A C FG 307A FG 305L GB FG 4305L	FG 4038	FG 305L C FG 305L FG 8305L	FG 305L CB FG 307N GB FG 4307N	FG 307N C FG 307N	FG 307N CB FG 307L GB FG 4307L	FG 307L C FG 307L	FG 307L CB

RA • ISO 204

L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012
RA 4038	RA 305L GB	RA 305L

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine




*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.


ZYLINDER 885 • Normal, spitz




FG • ISO 314



ZYLINDER 886 • Lang, spitz




FG • ISO 314



Intensiv PrepTwins

RA • ISO 204



Diamant Polymer Finierer zur verfeinerten Formgebung sämtlicher Präparationen

Siehe Seiten 106-107




Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved


FLAMME 860 • Kurz, zylindrisch



FG • ISO 314




RA • ISO204




FLAMME 861 • Normal, schlank, zylindrisch



FG • ISO 314



RA • ISO 204




Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine




*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

FLAMME 862 • Normal, zylindrisch

FG • ISO 314




RA • ISO 204



Intensiv PrepTwins

RA • ISO 204



Diamant Polymer Finierer zur verfeinerten Formgebung sämtlicher Präparationen

Siehe Seiten 106-107



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

FLAMME 863 • Lang, zylindrisch



FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 009	L 10.0 ∅ 010	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017
FG 9405L	FG 404L	FG 405L GB	FG 405L C	FG 505 GB	FG 505 C	FG 505L GB	FG 505L C	FG 312N GB
	FG 3405L	FG 4405L	FG 405L	FG 4505	FG 505	FG 4505L	FG 505L	FG 4312N
	FG 5405L		FG 5505	FG 9505L	FG 5505L		FG 8505L	
							FG 5312N	

L 10.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 019	L 10.0 ∅ 021
FG 312N C	FG 312N CB	FG 378 C
FG 312N		FG 378

RA • ISO 204

L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012
RA 405L GB	RA 405L

FLAMME 888 • Konisch



FG • ISO 314

L 6.5 ∅ 018	L 6.5 ∅ 019	L 9.0 ∅ 022	L 11.0 ∅ 022	L 9.0 ∅ 023	L 11.0 ∅ 023	L 9.0 ∅ 024	L 11.0 ∅ 024
FG 95 GB	FG 95 C	FG D20 GB	FG D21 GB	FG D20 C	FG D21 C	FG D20 CB	FG D21 CB
	FG 95		FG 40D21	FG D20	FG D21		

RA • ISO 204


L 6.5 ∅ 018	L 6.5 ∅ 019	L 11.0 ∅ 022	L 9.0 ∅ 023	L 11.0 ∅ 023
RA 95 GB	RA 95 C	RA D21 GB	RA D20	RA D21
	RA 95			

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine




*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 845 • Kurz, Kante 90°




KONUS 846 • Normal, Kante 90°




Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved


KONUS 847 • Kante 90°




KONUS 848 • Lang, Kante 90°



KONUS 848L • X-lang, Kante 90°



Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine



*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 845KR • Kurz, Kante rund



FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 014	L 4.0 ∅ 015	L 4.0 ∅ 016	L 4.0 ∅ 017	L 4.0 ∅ 018	L 4.0 ∅ 020	L 4.0 ∅ 021	L 4.0 ∅ 022	L 4.0 ∅ 023
FG 5407R	FG 407R GB FG 4407R	FG 407R C FG 407R FG 3409R	FG 409R GB FG 4409R	FG 409R C FG 409R	FG 411R GB FG 3413R	FG 411R C FG 411R FG 8411R	FG 413R GB FG 4413R	FG 413R C FG 413R

KONUS 846KR • Kante rund



FG • ISO 314

R 0.28 L 6.0 ∅ 012	R 0.28 L 6.0 ∅ 014	R 0.20 L 6.0 ∅ 014	R 0.28 L 6.0 ∅ 014	R 0.20 L 6.0 ∅ 015	R 0.28 L 6.0 ∅ 015	R 0.20 L 6.0 ∅ 016	R 0.20 L 6.0 ∅ 016	R 0.16 L 6.0 ∅ 017
FG 1040	FG 3425	FG 5417R	FG 8425	FG 4417R	FG 425 CB	FG 417R C FG 417R FG 8417R	FG 3513	FG 3113R

R 0.20 L 6.0 ∅ 018	R 0.28 L 6.0 ∅ 018	R 0.16 L 6.0 ∅ 019
FG 513 C FG 513 FG 8513	FG 8525 FG 3525	FG 8113R

RA • ISO 204

R 0.16 L 6.0 ∅ 017
RA 3113R

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

KONUS 847KR • Normal, Kante rund



FG • ISO 314

R 0.20 L 8.0 ∅ 013	R 0.20 L 8.0 ∅ 014	R 0.20 L 8.0 ∅ 015	R 0.20 L 8.0 ∅ 016	R 0.20 L 8.0 ∅ 016	R 0.28 L 8.0 ∅ 016	R 0.28 L 8.0 ∅ 017	R 0.28 L 8.0 ∅ 018
FG 4427	FG 8427		FG 422R CB	FG 517 C			FG 526 C
			FG 422R C	FG 517			FG 526
			FG 422R	FG 8517			FG 8526
	FG 3427	FG 3422R	FG 8422R	FG 4517	FG 5526	FG 526 GB	FG 4526
	FG 5422R		FG 4422R	FG 3517			FG 3526

R 0.20 L 8.0 ∅ 021	R 0.20 L 8.0 ∅ 022	R 0.20 L 8.0 ∅ 023
		FG 113NR
		FG 8113NR
FG 3113NR	FG 4113NR	
	FG 3513N	

KONUS 848KR • Lang, Kante rund



FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 019
		FG 423R C	FG 423R CB
		FG 423R	
		FG 8423R	
FG 5423R	FG 423R GB		

Intensiv PrepTwins

RA • ISO 204



L 8.0
∅ 020

RA PT847KR/6
RA PT4847KR/6
RA PT5847KR/6

Diamant Polymer Finierer zur verfeinerten Formgebung sämtlicher Präparationen

Siehe Seiten 106-107



Farbcode	Mikron		Beschreibung
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	50 µm		Golden Burs GB

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.



KONUS 851 • Rund, safe end

FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 017
FG 17	FG 19 GB	FG 19 C FG 19	FG 18 GB	FG 18 C FG 18	FG 19A GB	FG 19A

RA • ISO 204

L 8.0 ∅ 012
RA 19

KONUS 857 • Lang, rund, safe end

FG • ISO 314

L 9.5 ∅ 012	L 9.5 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017
FG 16L C FG 16L	FG 17L C FG 17L	FG 18L GB	FG 18L C FG 18L	FG 19L C FG 19L

RA • ISO 204

L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017
RA 18L	RA 19L

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine



*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 849 • Kurz, rund

FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 010	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 014	L 4.0 ∅ 016
FG 486	FG 481	FG 482 C FG 482	FG 483 C FG 483	FG 484 C FG 484

KONUS 855 • Normal, rund

FG • ISO 314

L 7.0 ∅ 010	L 7.0 ∅ 011	L 7.0 ∅ 012	L 7.0 ∅ 013	L 7.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 014	L 7.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016
FG 50D16	FG D16 GB FG 40D16	FG D16 C FG D16	FG D16 CB FG 40D17	FG D17 C FG D17	FG 30D8 FG 50D8	FG D17 CB	FG D8 GB FG 40D8	FG D8 C FG D8

L 6.0 ∅ 018	L 7.0 ∅ 022	L 7.0 ∅ 023	L 7.0 ∅ 025	L 7.0 ∅ 026
FG D8 CB	FG 50D7	FG D7 GB FG 40D7	FG D7 C FG D7 FG 80D7	FG D7 CB

RA • ISO 204

L 7.0 ∅ 011	L 7.0 ∅ 012	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016	L 7.0 ∅ 023	L 7.0 ∅ 025
RA D16 GB	RA D16 C RA D16	RA 30D8	RA D8 GB	RA D8	RA D7 GB	RA D7 C RA D7

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine



*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 856 • Rund

FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 009	L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 016
FG D23	FG D24	FG D25 C FG D25	FG D25 CB	FG D26 C FG D26			FG D18 C FG D18	
	FG 40D25	FG 40D26		FG 50D18	FG 40D18	FG 9235	FG D18 GB	FG 4235 FG 3235 FG 5235

L 8.0 ∅ 017	L 8.0 ∅ 017	L 8.0 ∅ 018	L 8.0 ∅ 019	L 8.0 ∅ 019	L 8.0 ∅ 021	L 8.0 ∅ 023	L 8.0 ∅ 025	L 8.0 ∅ 026
FG D18 CB		FG 235 FG 8235	FG 235 CB FG 235 C		FG 235A C FG 235A		FG 235S C FG 235S	FG 235S CB
	FG 235 GB			FG 4235A		FG 4235S		

RA • ISO 204

L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016
		RA D18 C RA D18
	RA 40D18	RA D18 GB
RA 50D18		

KONUS 856L • Lang, rund

FG • ISO 314

L 0.9 ∅ 014	L 0.9 ∅ 015	L 0.9 ∅ 016	L 0.9 ∅ 018	L 0.9 ∅ 020
FG 237L C FG 237L		FG 238L C FG 238L	FG 239L C FG 239L	FG 240L C FG 240L
	FG 4238L			

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

KONUS 850 • Lang, schlank, rund



FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 010	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.5 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 015
FG 232	FG 233 GB	FG 233 C	FG 233 CB		FG 231			
	FG 4233	FG 233				FG 234 GB	FG D6 GB	
FG 3233			FG 5234	FG 30D6			FG 40D6	FG 9236
			FG 90D6	FG 50D6				

L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 019	L 10.0 ∅ 020
FG 234 C		FG D6 C	FG 234 CB	FG D6 CB		FG 236 C	FG 236 CB	
FG 234		FG D6				FG 236		
FG 8234	FG 4236	FG 80D6			FG 236 GB	FG 8236		FG 3237
	FG 3236							FG 5237
	FG 5236							

L 10.0 ∅ 021	L 10.0 ∅ 022	L 10.0 ∅ 023	L 10.0 ∅ 024	L 10.0 ∅ 025	L 10.0 ∅ 026	L 10.0 ∅ 027
	FG 237 C	FG 237 CB			FG 238 C	FG 238 CB
	FG 237				FG 238	
FG 237 GB	FG 8237				FG 8238	
FG 4237			FG 5238	FG 238 GB		
		FG 9238		FG 4238		

RA • ISO 204

L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 018
			RA D6 C	RA D6 CB		RA 236 C
	RA D6 GB		RA D6			RA 236
RA 50D6	RA 40D6	RA 4236			RA 236 GB	
		RA 3236				
		RA 5236				


KONUS 850L • X-lang, rund



FG • ISO 314

L 11.5 ∅ 012	L 11.5 ∅ 014	L 11.5 ∅ 016	L 11.5 ∅ 018	L 11.0 ∅ 021	L 11.0 ∅ 022	L 11.0 ∅ 023	L 11.0 ∅ 024
FG 246 C	FG 247 C	FG 248 C	FG 249 C			FG 240 C	FG 240 CB
FG 246	FG 247	FG 248	FG 249			FG 240	
FG 247 GB					FG 240 GB		
		FG 4249		FG 3240	FG 4240		

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine



*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 852 • Spitz normal

FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 013	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016	L 6.0 ∅ 017	L 6.0 ∅ 018	L 6.0 ∅ 019
FG 4117A	FG 117A C FG 117A FG 5117S	FG 117S GB FG 4117S FG 5113A	FG 117S C FG 117S	FG 117S CB FG 113A GB	FG 113A C FG 113A	FG 113A CB

RA • ISO 204

L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016	L 6.0 ∅ 017	L 6.0 ∅ 018
RA 5117S	RA 117S GB RA 4117S	RA 117S	RA 113A GB	RA 113A

KONUS 858 • Spitz

FG • ISO 314

L 7.0 ∅ 010	L 7.0 ∅ 010	L 7.0 ∅ 011	L 7.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 016
FG D11 C FG D11 FG D11 GB	FG 30D2 FG 50D2 FG 90D2	FG D2 GB FG 40D2	FG D2 C FG D2	FG 90D14	FG D11A C FG D11A FG 30D14 FG 50D14	FG D14 GB FG 40D14	FG D14 C FG D14	FG 360 C FG 360

FG • ISO 314

L 9.0 ∅ 018
FG 361 C FG 361

RA • ISO 314


L 7.0 ∅ 010	L 7.0 ∅ 011	L 7.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 014
RA 50D2	RA D2 GB RA 40D2	RA D2 C RA D2	RA 90D14	RA D14

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved


KONUS 859 • Spitz lang



FG • ISO 314



RA • ISO 204




KONUS 859L • Spitz lang, abgerundet



FG • ISO 314




Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine




*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 955 • Spitz kurz, rund, Hals lang

FG • ISO 314




RA • ISO 204




KONUS 956 • Spitz kurz

FG • ISO 314



RA • ISO 204




Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine




*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

KONUS 886Z · Spitz



FG • ISO 314




Intensiv HygienicTray

Für die stetige Bereitstellung sämtlicher rotierender Instrumente der Behandlungsroutine sind Instrumententrays zur unverzichtbaren Unterstützung in der Zahnarztpraxis geworden. Intensiv bietet verschiedene Möglichkeiten.

Siehe seite 84



Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine



*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

TORPEDO 876 • Kurz, schlank

FG • ISO 314

L 5.0 ∅ 008
- FG 306S GB

L 5.0 ∅ 009
- FG 306S C
- FG 306S

TORPEDO 877 • Kurz

FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 009
- FG 306A
- FG 306 GB
- FG 4306

L 6.0 ∅ 010
- FG 306 C
- FG 306

L 6.0 ∅ 011
- FG 366 GB

L 6.0 ∅ 012
- FG 366 C
- FG 366
- FG 5406

L 6.0 ∅ 013
- FG 366 CB
- FG 4406

L 6.0 ∅ 013
- FG 8406A
- FG 406 GB
- FG 4406B

L 6.0 ∅ 014
- FG 406 C
- FG 406


L 6.0 ∅ 016
- FG 466 C
- FG 466

L 6.0 ∅ 017
- FG 466 CB


L 6.0 ∅ 018
- FG 467 C
- FG 467

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved


TORPEDO 878 • Normal



TORPEDO 879 • Lang



TORPEDO 879L • X-lang



Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine



*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

TORPEDO 877K • Kurz, konisch

FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 011	L 6.0 ∅ 012	L 6.0 ∅ 013	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016	L 6.0 ∅ 017	L 6.0 ∅ 017	L 6.0 ∅ 018
FG 161 GB	FG 161 C	FG 4161N	FG 161N C	FG 162 GB	FG 162 C	FG 162 CB	FG 163 GB	FG 163 C
FG 4161	FG 161	FG 5062	FG 4062	FG 4162	FG 162		FG 4163	FG 163

L 6.0 ∅ 019	L 6.0 ∅ 021
FG 163 CB	FG 164 C
	FG 164

RA • ISO 204

L 6.0 ∅ 013	L 6.0 ∅ 014
RA 5062	RA 4062

Intensiv PrepTwins

RA • ISO 204



L 6.0
∅ 020

RA PT877K/6
RA PT4877K/6
RA PT5877K/6

Diamant Polymer Finierer zur verfeinerten Formgebung sämtlicher Präparationen

Siehe Seiten 106-107



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

TORPEDO 878K • Konisch



FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 017	L 8.0 ∅ 018
FG 5181	FG 181 GB FG 4181	FG 181 C FG 181	FG 181 CB FG 4181N	FG 181N C FG 181N FG 5182	FG 182 GB FG 4182	FG 182 C FG 182	FG 182 CB FG 183 GB	FG 183 C FG 183

L 8.0 ∅ 020	L 8.0 ∅ 021	L 8.0 ∅ 022	L 8.0 ∅ 023	L 8.0 ∅ 024
FG 184 GB FG 4184	FG 184 C FG 184	FG 184 CB FG 185 GB FG 4185	FG 185 C FG 185	FG 185 CB

TORPEDO 879K • Lang, konisch



FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 019	L 10.0 ∅ 020
FG 190 C FG 190	FG 191 GB	FG 191 C FG 191	FG 191 CB FG 192 GB FG 4192	FG 192 C FG 192	FG 192 CB FG 193 GB FG 4193	FG 193 C FG 193 FG 9195	FG 193 CB FG 4194 FG 5195	FG 194 C FG 194 FG 4195

L 10.0 ∅ 021	L 10.0 ∅ 023
FG 194 CB FG 195 FG 8195	FG 196 C FG 196

TORPEDO 898 • Lang, schlank, konisch



FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 020	L 10.0 ∅ 021
FG 101 GB FG 4101	FG 101 C FG 101 FG 5102L	FG 101 CB FG 102L GB FG 4102L	FG 102L C FG 102L	FG 103 GB FG 4103	FG 103 C FG 103	FG 104 GB	FG 104 C FG 104

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine



*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

FOOTBALL 368 • Knospe

FG • ISO 314

L 2.5 ∅ 010	L 2.5 ∅ 011	L 2.5 ∅ 012	L 3.0 ∅ 012	L 3.0 ∅ 013	L 3.0 ∅ 014	L 3.2 ∅ 016	L 3.5 ∅ 016	L 3.5 ∅ 017
FG 252A	FG 254 GB FG 4254	FG 254 C FG 254	FG 5253	FG 4253	FG 253 C FG 253	FG 252	FG 5255A	FG 255A GB FG 4255A
FG 5254								

L 3.5 ∅ 018	L 5.0 ∅ 020	L 5.0 ∅ 021	L 5.0 ∅ 022	L 5.0 ∅ 023	L 5.0 ∅ 024
FG 255A C FG 255A FG 8255A	FG 9255	FG 3255 FG 5255	FG 8255 FG 255 GB FG 4255	FG 255 C FG 255	FG 255 CB

FG Long • ISO 315

L 5.0 ∅ 021	L 5.0 ∅ 023
FGL 5255	FGL 255 C FGL 255

RA • ISO 204

L 2.5 ∅ 011	L 2.5 ∅ 012	L 3.5 ∅ 016	L 3.5 ∅ 017	L 3.5 ∅ 018	L 5.0 ∅ 021	L 5.0 ∅ 022	L 5.0 ∅ 023
RA 254 GB	RA 254 C RA 254	RA 5255A	RA 255A GB	RA 255A	RA 5255	RA 255 GB RA 4255	RA 255 C RA 255

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

FOOTBALL 369 • Football



FG • ISO 314

L 5.5 ∅ 023	L 5.5 ∅ 025
FG 4370	FG 370 C FG 370

FOOTBALL 379 • Eiform



FG • ISO 314

L 2.0 ∅ 010	L 2.0 ∅ 011	L 2.5 ∅ 011	L 2.0 ∅ 012	L 2.5 ∅ 013	L 2.5 ∅ 014	L 3.2 ∅ 016	L 3.5 ∅ 016	L 3.5 ∅ 017
FG 3256 FG 5256	FG 256 GB FG 4256	FG 5257S	FG 256 C FG 256	FG 257S GB	FG 257S C FG 257S	FG 260 C FG 260	FG 268 C FG 268 FG 3257 FG 5257	FG 257 GB FG 4257

L 3.5 ∅ 018	L 3.5 ∅ 019	L 4.5 ∅ 021	L 4.5 ∅ 022	L 4.5 ∅ 023	L 4.5 ∅ 024	L 4.5 ∅ 026	L 4.5 ∅ 029	L 6.0 ∅ 030
FG 257 C FG 257 FG 8257	FG 257 CB	FG 3258 FG 5258	FG 258 GB FG 4258	FG 258 C FG 258 FG 8258 FG 4258A	FG 258 CB	FG 258N GB	FG 258N C FG 258N	FG 9259

L 6.0 ∅ 031	L 6.0 ∅ 032	L 6.0 ∅ 033	L 6.0 ∅ 034
FG 3259 FG 5259	FG 259 GB FG 4259	FG 259 C FG 259 FG 8259	FG 259 CB

FG Long • ISO 315

L 4.5 ∅ 021	L 4.5 ∅ 022	L 4.5 ∅ 023
FGL 5258	FGL 4258	FGL 258 C FGL 258

RA • ISO 204

L 4.5 ∅ 022	L 4.5 ∅ 023
RA 258 GB RA 4258	RA 258

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine



*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

FOOTBALL 379 • Eiform, schlank

FG • ISO 314

L 3.5 ∅ 016	L 3.5 ∅ 017	L 5.0 ∅ 020	L 5.0 ∅ 021	L 5.0 ∅ 022	L 5.0 ∅ 022	L 5.0 ∅ 023	L 5.0 ∅ 024
FG 250A GB	FG 250A C FG 250A	FG 9250	FG 3250 FG 5250	FG 250 GB FG 4250	FG 4250B	FG 250 C FG 250 FG 8250	FG 250 CB

RA • ISO 204

L 5.0 ∅ 021	L 5.0 ∅ 022	L 5.0 ∅ 023
RA 3250 RA 5250	RA 250 GB RA 4250	RA 250 RA 8250

FOOTBALL 390 • Granate

FG • ISO 314

L 3.0 ∅ 014	L 3.0 ∅ 015	L 3.0 ∅ 016	L 4.0 ∅ 018	L 4.0 ∅ 019	L 4.0 ∅ 020	L 4.0 ∅ 021
FG 4274 FG 3274 FG 5274 FG 9274	FG 274 GB	FG 274 C FG 274	FG 9274N	FG 3274N FG 5274N	FG 274N GB FG 4274N	FG 274N C FG 274N

RA • ISO 204

L 3.0 ∅ 014	L 3.0 ∅ 015	L 3.0 ∅ 016
RA 4274 RA 3274 RA 5274 RA 9274	RA 274 GB	RA 274

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

FOOTBALL 811 • Doppelkegel kurz

FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 028	L 4.0 ∅ 029	L 4.0 ∅ 030	L 4.5 ∅ 033	L 4.5 ∅ 034	L 5.0 ∅ 037
FG 198 GB	FG 198 C	FG 198 CB	FG 198A C	FG 198A CB	FG 197 C
FG 4198	FG 198		FG 198A		FG 197

FOOTBALL 811L • Doppelkegel lang

FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 036	L 6.0 ∅ 037	L 6.0 ∅ 038
FG 241 GB	FG 241 C	FG 241 CB
FG 4241	FG 241	


FOOTBALL 899 • Doppelkegel, schlank

FG • ISO 314

L 6.5 ∅ 019	L 6.5 ∅ 020	L 6.5 ∅ 021	L 7.0 ∅ 024	L 7.0 ∅ 025	L 7.0 ∅ 026	L 7.0 ∅ 027
FG 3243	FG 243 GB	FG 243 C	FG 9245	FG 5245	FG 245 GB	FG 245 C
FG 5243	FG 4243	FG 243			FG 4245	FG 245
FG 9243						

Intensiv PrepTwins

RA • ISO 204



L 3.5
∅ 020

RA PT368/6
RA PT4368/6
RA PT5368/6

Diamant Polymer zur verfeinerten Formgebung sämtlicher Präparationen.

Siehe Seiten 106-107



Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und –grösse vom Tabellenwert abweichen.



RAD 815 • Schlank



FG • ISO 314

∅	L	
035	0.5	FG 130

RA • ISO 204

∅	L	
035	0.5	RA 130

RAD 818



FG • ISO 314

∅	L	
035	1.0	FG 111A C FG 111A
039	1.0	FG 111 GB
040	1.0	FG 111 C FG 111
050	1.0	FG 110 C FG 110

RAD 909 • Breit



FG • ISO 314

L	∅	
0.7	015	FG 4610
0.9	027	FG 610N C FG 610N
1.0	033	FG 10A GB
1.0	034	FG 10A C FG 10A
1.3	037	FG 5011A
1.3	038	FG 11A GB FG 4011A
1.3	039	FG 11A C FG 11A
1.3	040	FG 11A CB

RA • ISO 204

L	∅	
1.3	038	RA 11A GB
1.3	039	RA 11A

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Farbcode	Mikron		Beschreibung
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	50 µm		Golden Burs GB



*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und –grösse vom Tabellenwert abweichen.

LINSE 825 • Klein




FG • ISO 314



LINSE 825



FG • ISO 314



Intensiv HygienicTray


Für die stetige Bereitstellung sämtlicher rotierender Instrumente der Behandlungsroutine sind Instrumententrays zur unverzichtbaren Unterstützung in der Zahnarztpraxis geworden. Intensiv bietet verschiedene Möglichkeiten.

Siehe Seite 84



Farbcode	Mikron		Beschreibung
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.



ZYLINDER 392 • Kurz, konisch

FG • ISO 314

L 5.0 ∅ 015	L 5.0 ∅ 016	L 5.0 ∅ 018
FG 5335	FG 4335	FG 335

HUT FORM 833

FG • ISO 314

L 2.2 ∅ 013	L 2.0 ∅ 015	L 3.5 ∅ 033
FG 4135	FG 4035	FG 4132

RA • ISO 204

L 2.0 ∅ 015
RA 4035

ZYLINDER 526 • Konkave, oben rund

FG • ISO 314

L 4.1 ∅ 023
FG 8304B
FG 3304A

ZYLINDER 839 • Stirn schneidend


FG • ISO 314

∅ 011	∅ 014	∅ 016
FG 01140	FG 01480	FG 480 C
FG 01125	FG 01440	FG 480
	FG 01425	

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Farbcode	Mikron		Beschreibung
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	40 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.



TORPEDO 874 • Kurz

FG • ISO 314

L 2.0 ∅ 010	L 2.0 ∅ 011
FG 5310S	FG 4310S

FLAMME 889 • Langer Hals

FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 010	L 4.0 ∅ 012
FG 4426	FG 426	FG 428 C FG 428

REDUCER 842 • Zylindrisch

FG • ISO 314


L 9.0 ∅ 016
FG 450

REDUCER 848 • Konisch

FG • ISO 314

L 9.0 ∅ 020	L 9.0 ∅ 023
FG 451	FG 6S C FG 6S

Farbcode	Mikron		Beschreibung
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard




*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -grösse vom Tabellenwert abweichen.

TIEFENMARKIERER 818 · X-klein




FG • ISO 314



TIEFENMARKIERER 834 · Mehrfach




FG • ISO 314



TIEFENMARKIERER 835 · X-kurz



FG • ISO 314



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

ZYLINDER 836 • Intensiv ZirconCut Prosthetics, flach 90°

FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 016
FG Zr01	FG Zr05

ZYLINDER 860 • Intensiv ZirconCut Prosthetics, Flamme

FG • ISO 314

L 5.0 ∅ 014	L 5.0 ∅ 016
FG Zr03	FG Zr07

ZYLINDER 880 • Intensiv ZirconCut Prosthetics, rund

FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 016
FG Zr02	FG Zr06

Intensiv ZirconCut

Das Trennen von Zirkonoxidkeramik-Restaurationen ist heute eine grosse Herausforderung in den Praxen. Das Material ist enorm kompakt und extrem hart.
Das adhäsive Zementieren kann zu kaum lösbaren Verankerungen der Kronen und Brücken führen. Intensiv ZirconCut Spezial-Diamantinstrumente sind für effizienteres Trennen von Zirkonoxidkeramik-Restaurationen geeignet.

Siehe Seiten 30-31





Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Cutting Instruments





Intensiv Cutting Instruments 80

Intensiv Cutting Instruments

Komplementäre Instrumenten-Auswahl zum Diamant-Instrumente Sortiment

Bei restaurativen Therapien ist die vollständige Exkavation des kariösen Dentins obligatorisch. Die Verwendung von präzisen und effizienten rotierenden und schneidenden Instrumenten erlaubt die taktile Erkennung gesunder Zahnsubstanz.
In der Kieferorthopädie müssen alle Rückstände von Komposit-Klebematerial der Fixierung von Brackets vollständig entfernt und die Zahnoberflächen poliert werden, um ihre natürliche Beschaffenheit zurückzugewinnen. Für die Entfernung von Kronen sind Instrumente notwendig, die eine Kronentrennung ohne Vibrationen auf eine minimale Zeit reduzieren.



Produktbeschreibung

- Schneidinstrumente in den Formen: Kugel, Birne, Zylinder, Football
- Erhältlich in verschiedenen Durchmessern in FG/RA Schaft
- Stabile und exakt definierte Instrumentspitze

Indikationen

- Exkavieren von kariösem Dentin
- Schneiden von Kronen und Brücken aus Metall und Metall-Keramik
- Entfernen von Adhäsivmaterial in der Kieferorthopädie

Vorteile

- Exzellente Schneidleistung
- Optimale Stärke, Leistung und Haltbarkeit
- Zentrierter Rundlauf der Instrumente
- Swiss Machining

01, 03: Prof. Antonio Cerutti, Brescia, Italien
02: Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Schweiz







Klinische Abbildungen

01 Amalgam-Entfernung

02 Exkavation von kariösem Dentin mit Intensiv Cutting Instrument

03 Metallkronen-Trennung mit Intensiv Cutting Instrument

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved



KUGEL 801

ExcavatingCutter

	∅ 012	∅ 014	∅ 016	∅ 018	∅ 021	∅ 023
FG • ISO 500	FGCU80012	FGCU80014	FGCU80016	FGCU80018	FGCU80021	FGCU80023
RA • ISO 500	RACU80012	RACU80014	RACU80016	RACU80018	RACU80021	RACU80023
RA • ISO 500	RACU83012	RACU83014	RACU83016	RACU83018	RACU83021	RACU83023

BIRNE 830R

ExcavatingCutter

	L 1.9 ∅ 008	L 1.8 ∅ 010
FG • ISO 500	FGCU87008	FGCU87010

ZYLINDER 838 • Rund

CrownCutter

	L 3.8 ∅ 010	L 4.0 ∅ 012
FG • ISO 500	FGCU20010	FGCU20012

BIRNE 830 • Stirn convex

CrownCutter

	L 1.9 ∅ 008	L 2.0 ∅ 010
FG • ISO 500	FGCU25008	FGCU25010

FOOTBALL 379

DebondingCutter


	L 4.2 ∅ 023
FG • ISO 500	FGCU60023

L: Länge in mm | Ø: Durchmesser in ISO 1/10 mm | Schaftart RA: | Schaftart FG:



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Trays





Trays

Intensiv HygienicTray 84

Intensiv InstrumentTray 85

Intensiv ProxoshapeTray 86

Intensiv Ortho-StripsTray 87

Intensiv HygienicTray

Neu

Beständig hochwertiges Edelstahl-Instrumententray für die Bereitstellung rotierender Instrumente der Behandlungsroutine

Für die stetige Bereitstellung sämtlicher rotierender Instrumente der Behandlungsroutine sind Instrumententrays zur unverzichtbaren Unterstützung in der Zahnarztpraxis geworden. Das Intensiv HygienicTray bietet hierzu die geeignete Lösung. Die Praxisprozesse werden standardisiert durch die Bereitstellung des in der Praxis verwendeten vollständigen rotierenden Routine-Instrumentariums.



Produktbeschreibung


- Demontierbare Einzelteile aus hochwertigem Edelstahl
- Frei von schwer zugänglichen Spalten und Vertiefungen
- Gerundete Kanten
- Höhe passend für Standardsterilistationstrays

REF HT1000:
- 2 demontierbare Teile: klappbarer und abnehmbarer Deckel; Sockel
- Aufnahmen für 13 FG und 5 RA Instrumente
- Ergonomischer Instrumenten Zugriff durch erhöhte geneigte Position
- Dimensionen: 50x40x30 mm (LxBxH)


REF HT2000:
- 2 demontierbare Teile: klappbarer und abnehmbarer Deckel; Sockel
- Aufnahmen fur 26 FG und 10 RA Instrumente
- Ergonomischer Instrumenten Zugriff durch niedrige geneigte Position
- Dimensionen: 104x44x30 mm (LxBxH)

REF HT3000:
- 2 demontierbare Teile: klappbarer und abnehmbarer Deckel; Sockel
- Aufnahmen für 36 FG und 18 RA Instrumente
- Ergonomischer Instrumenten Zugriff durch niedrige geneigte Position
- Dimensionen: 150x44x30 mm (LxBxH)

REF HT1000



REF HT2000



REF HT3000

Einsatz

- Organisation des Routine-Instrumentariums für alle Standard-Behandlungsprotokolle
- Aufbewahrung und Transport der rotierenden Instrumente

Vorteile

- Organisation und Bereitstellung der rotierenden Instrumente
- Einfache Instrumentenentnahme durch zueinander versetzte Anordnung
- Hygiene aufgrund 2 Einzelteile ohne schwer zugänglichen Spalten und Vertiefungen
- Dauerhaft beständiger sterilisierbarer Edelstahl

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv InstrumentTray

Kompaktes, hochwertiges und langlebiges Tray für die Aufbewahrung und den Transport der Intensiv Proxoshape Feilen

Für die Prozesse in der Zahnarztpraxis ist es von grosser Bedeutung einen sicheren, hygienischen und sterilisierbaren Instrumenten-Halter zur Verfügung zu haben. Die Identifizierung der zu anzuwendbaren Feilen muss eindeutig sein. Die Aufbewahrung der Feilen sollte in absoluter Sicherheit erfolgen.



REF T600

Produktbeschreibung

- Edelstahl-Tray, bestehend aus Basis und Deckel.
- Schwenkbare Einlage mit neun Aufnahmen, für sterilisierbare, farbige Silikonhalter
- Dimensionen: 87x51x14 mm (LxBxH)
- Mit Schlitzöffnungen zur Spülung des Tray-Inneren mit Desinfektionslösung
- Farbige Silikonhalter erlauben die Anordnung von unterschiedlichen oszillierenden Intensiv Feilen





01 Einfache Erkennbarkeit der Intensiv Feile

02 Sichere Entnahme der Feile

Silikonhalter mit Instrumenten-Schaft									
REF	056green/10	056grey/10	056blu/10	056brown/10	056red/10	056white/10	056yellow/10	056orange/10	056ass/8
µm (die Körnung bezieht sich auf die Instrumente)	125	90	80	60	40	25	15	08	

Alle farbigen Silikonhalter sind erhältlich in Packungen zu 10 Stück oder im Sortiment zu 8 Stück.
Mit dem Tray werden 9 farbige Silikonhalter wie im Bild gratis geliefert. Zusäzliche Silikonhalter können zusammen mit dem Tray bestellt werden.

Einsatz

- Sichere Aufbewahrung und Transport der oszillierenden Intensiv Feilen in der Zahnarztpraxis

Vorteile

- Die Intensiv Feilen sind entsprechend Farbe/Körnung zugeordnet
- Individuelle Kombination mit farbigen Silikonhaltern
- Kompakt und leicht
- Geeignet für die Desinfektion und Sterilisation
- Sichere(n) Aufbewahrung und Transport der Intensiv Feilen

Intensiv ProxoshapeTray

Kompaktes, hochwertiges und langlebiges Tray für die Aufbewahrung und den Transport der Intensiv Proxoshape Feilen

Für die Prozesse in der Zahnarztpraxis ist es von grosser Bedeutung einen sicheren, hygienischen und sterilisierbaren Instrumenten-Halter zur Verfügung zu haben. Die Identifizierung der zu anzuwendbaren Feilen muss eindeutig sein. Die Aufbewahrung der Feilen sollte in absoluter Sicherheit erfolgen.



REF PST500

Produktbeschreibung

- Edelstahl-Tray, bestehend aus Basis und Deckel.
- Schwenkbare Einlage mit neun Aufnahmen, für sterilisierbare, farbige Silikonhalter
- Dimensionen: 87x51x14 mm (LxBxH)
- Mit Schlitzöffnungen zur Spülung des Tray-Inneren mit Desinfektionslösung
- Farbige Silikonhalter erlauben die Anordnung von unterschiedlichen oszillierenden Intensiv Feilen





01 Einfaches Erkennen der Intensiv Feile

02 Sicheres Entnehmen der Intensiv Feile

Silikonhalter mit Instrumenten-Schaft									
REF	056green/10	056grey/10	056blu/10	056brown/10	056red/10	056white/10	056yellow/10	056orange/10	056ass/8
µm (die Körnung bezieht sich auf die Instrumente)	125	90	80	60	40	25	15	08	

Alle farbigen Silikonhalter sind erhältlich in Packungen zu 10 Stück oder im Sortiment zu 8 Stück.
Mit dem Tray werden 9 farbige Silikonhalter wie im Bild gratis geliefert. Zusäzliche Silikonhalter können zusammen mit dem Tray bestellt werden.

Einsatz

- Sichere Aufbewahrung und Transport der oszillierenden Intensiv Feilen in der Zahnarztpraxis

Vorteile

- Die Intensiv Feilen sind entsprechend Farbe/Körnung zugeordnet
- Individuelle Kombination mit farbigen Silikonhaltern
- Kompakt und leicht
- Geeignet für die Desinfektion und Sterilisation
- Sichere(n) Aufbewahrung und Transport der Intensiv Feilen

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Ortho-StripsTray

Kompaktes Edelstahl-Tray mit farbigen Silikonhaltern für die Bereitstellung der oszillierenden Intensiv Ortho-Strips

Für die Prozesse in der Kieferorthopädischen Praxis ist es von grosser Bedeutung einen sicheren, hygienischen und sterilisierbaren Instrumenten-Halter zur Verfügung zu haben. Die Identifizierung der zu anzuwendbaren Strips muss eindeutig sein. Die Aufbewahrung der Strips sollte in absoluter Sicherheit erfolgen.



REF OST400

Produktbeschreibung

- Edelstahl-Tray, bestehend aus Basis und Deckel
- Schwenkbare Einlage mit sechs Aufnahmen, für sterilisierbare, farbige Silikonhalter
- Dimensionen: 87x51x14 mm (LxBxH)
- Es verfügt über Schlitzöffnungen zur Spülung des Tray-Inneren mit Desinfektionslösung
- Farbige Silikonhalter erlauben die Anordnung von unterschiedlichen Intensiv Ortho-Strips





01 Farbige Silikonhalter im Tray erlauben eine Zuordnung der Intensiv Ortho-Strips

02 Auswahl zusammengestellter Intensiv Ortho-Strips

Silikonhalter mit Instrumenten-Schaft									
REF	056green/10	056grey/10	056darkblue/10	056brown/10	056red/10	056white/10	056yellow/10	056orange/10	056ass/8
µm (die Körnung bezieht sich auf die Instrumente)	125	90	80	60	40	25	15	08	

Alle farbigen Silikonhalter sind erhältlich in Packungen zu 10 Stück oder im Sortiment zu 8 Stück.
Mit dem Tray werden 8 farbige unterschiedliche Silikonhalter gratis geliefert. Zusäzliche Silikonhalter können zusammen mit dem Tray bestellt werden.

Einsatz

- Sichere Aufbewahrung und Transport der Intensiv Ortho-Strips in der Kieferorthopädischen Praxis

Vorteile

- Die Intensiv Ortho-Strips sind entsprechend Farbe/Körnung zugeordnet
- Individuelle Kombination mit farbigen Silikonhaltern
- Kompakt und leicht
- Sichere(r) Aufbewahrung und Transport der Intensiv Ortho-Strips



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Swingle und Oszillierende Instrumente





Swingle

Intensiv Swingle® Pat. EP 2754406B1 90

Intensiv Swingle® SWISS EDITION PAT. EP 2754406B1 91

Oszillierende Instrumente

Intensiv Proxoshape 92

Intensiv Proxoshape Flexible 94

Intensiv Bevelshape 95

Intensiv Swingle® Pat. EP 2754406B1


Reziprokes Winkelstück mit mikromechanischer dualer Funktion (axial freidrehend / axial fixierte Position der oszillierenden Instrumente)

Eine effiziente Nutzung eines reziproken Winkelstückes erfordert eine Wahl zwischen der axial fixierten Position und der freien axialen Rotation der oszillierenden Instrumente innerhalb derselben Behandlung. Die Reduktion der Umdrehungen 2:1 ergibt eine effiziente Hubbewegung von 20.000 mal pro Minute per Einsatz mit Mikromotoren mit 40.000 Umdrehungen.



REF WG-69 LT
(mit Licht)

REF WG-69 A
(ohne Licht)



Ein einfach zu bewegender Kippschalter am Winkelstückkopf lässt zwischen axial freidrehenden oder axial fixierten Instrumente wählen.

Produktbeschreibung

DAS DUAL-WINKELSTÜCK INTENSIV SWINGLE

Das Dual-Winkelstück Intensiv Swingle, Typ EVA, wird zur Anwendung oszillierender Instrumente Intensiv Ortho-Strips, Intensiv Proxoshape und Intensiv Bevelshape eingesetzt.

- Reziprokes Winkelstück mit integriertem Wasserspray und optional mit Licht
- Hubbewegung 0,9 mm
- 20.000 oszillierende Hub-Bewegungen bei 40.000 U/Min
- Mit Kippschalter zur Wahl axial freidrehender oder fixierter Position der oszillierenden Instrumente
- Axial freidrehende Feilen und Strips werden zum Finieren und Polieren präparierter Flächen eingesetzt. Konturierte Flächen werden erhalten
- Axial fixierte Positionen der Feilen und Strips werden für eine gezielte Positionierung der Feilen und Strips zur Entfernung von Überschüssen (Feilen), Öffnen von Kontaktpunkten (Strips) und zur Schmelzreduktion in der Kieferorthopädie (Strips) eingesetzt


Indikationen

- Swingle: für oszillierende Instrumente mit oszillierender Bewegung
- Swingle/Proxoshape: Rasches und effizientes Entfernen von Überschüssen, Finieren und Polieren von Restaurationen
- Swingle/Ortho-Strips: Approximale Schmelzreduktion, ASR, in der Kieferorthopädie

Vorteile

- Zwei Anwendungen in einem Winkelstück: freie axiale Rotation oder fixierte axiale Position der eingesetzten Instrumente
- Vielseitig einsetzbar, für oszillierende Instrumente in der Restauration und Kieferorthopädie (Schmelzreduktion)
- 20.000 oszillierende Hub-Bewegungen pro Minute für verbesserte Abrasionseffizienz

Klinische Abbildungen



01, 02) Dr. Simona Giani, Varese, Italien
03, 04) Dr. Francesco Garino, Torino, Italien

01 Finieren approximaler Flachen mit Proxoshape PS2 und dem Intensiv Swingle

02 Finieren vestibulärer Flächen mit Proxoshape PS2 und dem Intensiv Swingle

03 Schmelzreduktion in der Kieferorthopädie (IPR) mit Ortho-Strips Central, rot, 40 µm

04 Vorteilhafte interproximale Insertion mit Ortho-Strips Central, frei von Diamantbeschichtung unterhalb und oberhalb am Rand des Streifens

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Swingle® Pat. EP 2754406B1
SWISS EDITION

Reziprokes Winkelstück mit mikromechanischer dualer Funktion (axial freidrehend / axial fixierte Position der oszillierenden Instrumente) - Dauerhaft, veredelt und leistungsstark, inklusive zusätzlichem Servicepaket

Eine effiziente Nutzung eines reziproken Winkelstückes erfordert eine Wahl zwischen der axial fixierten Position und der freien axialen Rotation der oszillierenden Instrumente während derselben Behandlung. Intensiv Swingle SWISS EDITION mit griffsicherem Design und einer kratz- und abnutzungsresistenten Glas-Beschichtung. Diese Spezialbeschichtung schutzt das Winkelstuck dauerhaft gegen verkratzte Oberflachen.



REF WG-69LTSWISS
(mit Licht)

REF WG-69ASWISS
(ohne Licht)

Produktbeschreibung

DAS DUAL-WINKELSTÜCK INTENSIV SWINGLE

- Griffsicheres Design des Winkelstücks
- Spezialbeschichtung schützt dauerhaft gegen verkratzte Oberflächen
- Reziprokes Winkelstück mit integriertem Wasserspray und optional Licht
- Hubbewegung 0,9 mm
- 20.000 oszillierende Hub-Bewegungen bei 40.000 U/Min
- Mit Kippschalter zur Wahl axial freidrehender oder fixierter Position der oszillierenden Instrumente


Ein Kippschalter am Winkelstückkopf lässt zwischen axial freidrehenden oder axial fixierten oszillierenden Instrumenten wählen.



Kippschalter nach unten fixiert: oszillierende Instrumente in axial fixierter Position
Kippschalter nach oben fixiert: oszillierende Instrumente axial freidrehend.

Indikationen

- Swingle: für oszillierende Instrumente mit oszillierender Bewegung
- Swingle/Proxoshape: Rasches und effizientes Entfernen von Überschüssen, Finieren und Polieren von Restaurationen
- Swingle/Ortho-Strips: Approximale Schmelzreduktion, ASR, in der Kieferorthopadie



01-02) Dr. A. Devigus, Bülach, Schweiz
03-04) Dr. F. Garino, Torino, Italien

Vorteile

- Dauerhafte makellose Oberfläche des Winkelstücks dank der kratzfester und haltbarer Spezial-Beschichtung
- 20.000 Oszillationen pro Minute für eine bessere Schleif und Polierleistung
- 3-Jahres-Garantie einschliesslich einer Wartung

Klinische Abbildungen

01 Approximale Finitur mit Intensiv Swingle SWISS EDITION und Intensiv Proxoshape Flexible, rot, 40 µm

02 Finieren der Füllungsränder mit Intensiv Swingle SWISS EDITION und Intensiv Proxoshape Flexible, rot, 40 µm


03 Approximalkontakt-Öffnung mit Intensiv Swingle SWISS EDITION und Ortho-Strips Opener, orange, 8 µm

04 Approximale Schmelzreduktion mit Intensiv Swingle SWISS EDITION und Ortho-Strips Central, rot, 40 µm

Intensiv Proxoshape

Oszillierende diamantierte Feilen für den Abtrag von Überschüssen und Ausarbeitung von restaurierten Approximalflächen

Perfekt adaptierte und polierte proximale Füllungsflächen bzw. Kronenränder sind die Voraussetzung für die Gesunderhaltung des Parodonts und die Verhinderung von Sekundärkaries. Intensiv Proxoshape erfüllt die Anforderungen an eine korrekte Ausarbeitung der Füllungsflächen und -ränder und bereitet sie auf die Hochglanzpolitur vor.





FEILENSTÄRKE
0,2 mm

Produktbeschreibung

Intensiv Proxoshape:

- 7 Feilen einseitig diamantiert in 6 Körnungen: 125, 90, 50, 40, 15 und 8 µm
- 4 Feilen mit verlängertem Arbeitsteil, 11 mm
- 1 distal diamantierte Spezialfeile, 3 mm, 15 µm

Intensiv Proxoshape Coarse:

- Einseitig diamantierte und perforierte Feile, 80 µm, 2 Reihen Loch-Perforation

Alle Intensiv Proxoshape sind erhältlich in Packungen zu 3 oder 6 Stück

Intensiv Proxoshape Set, REF 100
Je 1 PS0, PS1, PS2, PS3, 1 Ausstosser

Indikationen

- Entfernung von: Füllungs- und Zementüberschüssen
- Ausarbeitung und Trimmen von: approximalen abstehenden Kronenrändern aus Gold oder Keramik
- Konturieren und Finieren von: approximalen Restaurationsoberflächen


Vorteile

- Vereinfachter Zugang zum Interdentalraum
- Keine iatrogene Schädigung der Nachbarzähne durch einseitige Diamantierung
- Vermeidung unruhiger Oberflächen (Wellenschliff), die durch die Anwendung rotierender Instrumente verursacht werden

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Klinische Abbildungen

01, 02) Universität Brescia, Italien
03, 04) Dr. A. Devigus, Bülach, Schweiz




01 Finieren der Restauration im approximalen Bereich mit Feile PS2


02 Bearbeiten der Zone unterhalb des rekonstruierten Kontaktpunktes ohne Beeinträchtigung des Nachbarzahnes mit Feile PS3

03 Modellieren mit PSC80

04 Modellieren mit PSC80

Farbcode	Mikron	Beschreibung
534	125 µm	Coarse
524	90 µm	Standard
524	80 µm	Medium
514	50 µm	Golden Burs GB
524	60 µm	Medium
514	40 µm	Fine
504	15 µm	Extra fine
494	8 µm	Ultra fine





Intensiv Swingle® Pat. EP 2754406B1


Das einzigartige reziproke Winkelstück mit beiden Funktionen in einem Winkelstück: freidrehende axiale Rotation und fixierte axiale Position.
Intensiv Swingle ist kalibriert für alle Intensiv mechanisch oszillierende Instrumente wie Intensiv Proxoshape, Bevelshape und Ortho-Strips. Das Intensiv Swingle entspricht einem "Typ EVA" Winkelstück, jedoch mit patentierter Dual-Funktion der Instrumenten-Positionen.

Siehe Seite 90

Intensiv Proxoshape Flexible

Oszillierende diamantierte Feilen für den Überschussabtrag und die Ausarbeitung restaurierter Approximalflächen

Das Konturieren der ästhetischen Restaurationen im approximalen Bereich ist notwendig um eine ideale Morphologie der Restauration zu erreichen. Dafür ist es notwendig, entsprechende Instrumente einzusetzen, die sich perfekt an die Restaurationsflächen anpassen und die Bearbeitung ohne iatrogene Schäden der Nachbarzähne erfolgt. Intensiv Proxoshape Flexible ist aufgrund ihrer minimalen Feilenstärke von 0,1mm so dünn, dass schwieriger zugängliche Interdentalräume bearbeitet werden können. Darüber hinaus ist die dünne Feile ausreichend flexibel, um sich den räumlichen Gegebenheiten des teilweise konkaven Interdentalraumes anzupassen.




FEILENSTÄRKE
0,1 mm

Produktbeschreibung

Intensiv Proxoshape Flexible:

- 3 einseitig diamantierte Feilen in 60, 40 und 15 µm
- 2 Feilenlängen, 8.5 und 11 mm
- Minimale Metallstärke 0,1 mm

Intensiv Proxoshape Flexible Set, REF 110
Je 1: PSF60, PSF40, PSF15, PSF60L, PSF40L, PSF15L



Indikationen

- Finieren und Polieren ästhetischer Restaurationen mit schwer zugänglichen approximalen Flächen
- Beseitigung von Überschüssen (Zement- und Füllungsreste) an Restaurationsflächen

Universität Zürich, Schweiz



Vorteile

- Vereinfachter Zugang zum Interdentalraum
- Verbesserte Anpassung an die approximale Füllungsmorphologie
- Keine iatrogene Schädigung der Nachbarzähne durch einseitige Diamantierung
- Vermeidung unruhiger Oberflächen (Wellenschliff), die durch die Anwendung rotierender Instrumente verursacht wird

Klinische Abbildungen

01 Finieren des zervikalen Füllungsrandes mit Feile PSF40L

02 Finieren der Restauration im approximalen Bereich mit Feile PSF15L

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Bevelshape

Oszillierende diamantierte Feilen für perfekte Abschrägungen und Präparationsränder


Wesentliche Voraussetzung für eine ideale Kavitätenpräparation für Kompositfüllungen, für Goldinlays und Overlays ist eine präzise Randabschrägung mit scharfen Schliffkanten. Durch die einseitige Diamantierung werden iatrogene Schäden der Nachbarzähne und Verletzungen des parodontalen Gewebes vermieden.



Produktbeschreibung

- Axialgewölbte Feilen mit distal abgebogenem Ende
- 3 Feilen diamantiert auf der ganzen konvexen Arbeitsteillänge in den Körnungen 40, 25 und 15 µm
- 3 Feilen diamantiert nur auf dem konvexen distalen Ende in den Körnungen 40, 25 und 15 µm

REF 103, Intensiv Bevelshape Set.
Alle Intensiv Bevelshape sind erhältlich in Packungen zu 3 oder 6 Stück



Indikationen

- Randabschrägung bei Frontzahnkomposits / Kompositslots / Inlays und Onlays
- Randfinish bei Veneerpräparationen
- Kronenpräparationen bei Randfinierung bei Hohlkehlpräparation / Abschrägung einer Schulterpräparation

Vorteile

- Polierte/geglättete und klar umrissene Profile, scharfe Schliffkanten
- Keine Mikrofrakturen und keine unvorhergesehene Absplitterung von Zahnschmelzprismen
- Vermeiden von Schmelzdefekten und Rillen am Präparationsrand

Klinische Abbildungen

Universität Zürich, Schweiz



01 Die Feile erlaubt auch Anschrägung einer zervikalen Stufe

02 Finieren des Präparationsrandes bei Veneers mit Feile BS40 oder BS40T

03 Randanschrägungen bei Klasse IV Präparationen

Intensiv Swingle® Pat. EP 2754406B1

Das einzigartige reziproke Winkelstück mit beiden Funktionen in einem Winkelstück: freidrehende axiale Rotation und fixierte axiale Position. Intensiv Swingle ist kalibriert für alle Intensiv mechanisch oszillierende Instrumente wie Intensiv Proxoshape, Bevelshape und Ortho-Strips. Das Intensiv Swingle entspricht einem "Typ EVA" Winkelstück, jedoch mit patentierter Dual-Funktion der Instrumenten-Positionen.

Siehe Seite 90



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Instrumente für die Kieferorthopädie





Intensiv Ortho-Strips® System 98

Intensiv Ortho-Strips® System, Central PAT. EP115201863.6 100

Intensiv Ortho-Strips® Sets 102

Intensiv IPR-DistanceControl 103

Intensiv ApproxOpener 103

Intensiv Ortho-Strips® System

Oszillierende Diamantstrips für die interdentale doppelseitige oder einseitige Zahnschmelzreduktion in der Kieferorthopädie

Bei der Öffnung des Interdentalraumes und der Reduktion, Finierung und Politur des Zahnschmelzes in der Kieferorthopädie sind Rillen und Kratzer zu vermeiden. Die Zahnschmelzreduktion wird schrittweise, unter Verwendung von grober bis feiner Körnung, durchgeführt.
Mit dem Intensiv Ortho-Strips System ist gegenüber den manuellen Strips eine rasche kontrollierte Zahnschmelzreduktion mit anschliessender Politur ohne unnötige Entfernung von gesunder Zahnhartsubstanz möglich.



Produktbeschreibung

- Oszillierende Strips, beidseitig oder einseitig diamantiert
- 6 verschiedene Körnungen:
  - 08 µm, Orange, öffnen
  - 40 µm, Rot, konturiertes reduzieren
  - 60 µm, Braun, rasches reduzieren
  - 80 µm, Blau, sehr rasches reduzieren
  - 25 µm, Weiss, finieren
  - 15 µm, Gelb, polieren
- Sterilisierbar

Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, Sortiment mit 6 Stück, REF OSSet02/6
- OS08OP-DS, OS40M-DS, OS60C-DS, OS80XC-DS, OS25F-DS, OS15POL-DS

Intensiv Ortho-Strips System, Left-Sided, REF OSSet02L/6
- OS08OP-L, OS40M-L, OS60C-L, OS80XC-L, OS25F-L, OS15POL-L

Intensiv Ortho-Strips System, Right-Sided, REF OSSet02R/6
- OS08OP-R, OS40M-R, OS60C-R, OS80XC-R, OS25F-R, OS15POL-R

Intensiv Ortho-Strips System, Opener
- Strip mit gezahnter Kante und ultrafeiner 8µm Körnung um friktionsfrei Kontaktpunkte zu öffnen





Indikationen

- Öffnung des Kontaktpunktes im Interdentalraum
- Vergrösserung der Interdentalräume in der Kieferorthopädie durch bilaterale oder unilaterale Zahnschmelzreduktion
- Elimination von leichten Engständen, Finish der Behandlung in der Kieferorthopädie
- Approximale bilaterale Schmelzpolitur

Vorteile

- Effiziente Öffnung der Kontaktpunkte
- Rasche und kontrollierte Reduktion des Zahnschmelzes
- Approximale Konturierung, Finierung und Politur beider Nachbarzähne in einem Arbeitsschritt
- Mehrfach anwendbar

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Klinische Abbildungen

Dr. Francesco Garino, Turin, Italien



01 Öffnung des Interdentalraumes mit OS08OP-DS, Opener, 8 µm

02 Zahnschmelz konturiert reduzieren mit OS40M-DS, Medium, 40 µm

03 Zahnschmelz rasch reduzieren mit OS60C-DS, Coarse, 60 µm


04 Sehr rasche Zahnschmelzreduktion mit OS80XC-DS, Extracoarse, 80 µm


05 Kontrolliertes Finieren mit OS25F-DS, Fine, 25 µm

06 Polieren mit OS15POL-DS, Polishing, 15 µm

Farbcode	Mikron	Beschreibung
524	80 µm	Extracoarse
524	60 µm	Coarse
514	40 µm	Medium
514	25 µm	Fine
504	15 µm	Polishing
494	8 µm	Opener

Diamantierung:
DS = Beidseitig
L = Links
R = Rechts





Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided und One-Sidedsind erhältlich in Packungen zu 3, 6 oder 12 Stück.

Intensiv Ortho-Strips® System, Central

Pat. EP15201863.6

Innovative oszillierende Strips, mit diamantiertem zentralen Arbeitsbereich

Dank der Diamantbeschichtung im zentralen Arbeitsbereich bietet das Intensiv Ortho-Strips System, Central eine hohe Präzision bei der Reduktion sowie dem approximalen Finieren und Polieren des Zahnschmelzes unter Respektierung der ursprünglichen Morphologie und des Zahngewebes. Während des Reduktionsprozesses, des Finierens und Polierens von Zahnschmelz in der Kieferorthopädie (Stripping) könnte ungewollt Schmelz- oder Dentin-Anteile unterhalb des Zahnäquators entfernt werden, die beim Patienten eine nachträgliche Zahnüberempfindlichkeit bewirken können.



Produktbeschreibung

- Oszillierende Strips, mit diamantiertem mittleren Bereich
- 4 verschiedene Körnungen:
  - 60 µm, Braun, Coarse
  - 40 µm, Rot, Medium
  - 25 µm, Weiss, Fine
  - 15 µm, Gelb, Polishing
- Die Strip-Bandstärke des nicht diamantierten Bereichs beträgt 0,05 mm
- Gesamthöhe des Strips: 3,7 mm
- Höhe der diamantierten Zone: 2,7 mm
- Länge der diamantierten Zone: 13 mm
- Sterilisierbar

Intensiv Ortho-Strips System, Central, Double-Sided, sind erhältlich in Packungen zu 3 Stück:
OS60C-CEN-DS/3
OS40M-CEN-DS/3
OS25F-CEN-DS/3
OS15POL-CEN-DS/3

Oder als Set zu 6 Stück je einen Artikel:
OSSetCEN02/6, Intensiv Ortho-Strips System OP, XC & 4 Central Double-Sided

Intensiv Ortho-Strips System, Central, One-Sided, sind erhältlich in Packungen zu 3 Stück:
OS60C-CEN-L/3
OS40M-CEN-L/3
OS25F-CEN-L/3
OS15POL-CEN-L/3
OS60C-CEN-R/3
OS40M-CEN-R/3
OS25F-CEN-R/3
OS15POL-CEN-R/3

Oder als Set zu 6 Stück je einen Artikel von Left-Side oder Right-Side:
OSSetCEN02L/6, Intensiv Ortho-Strips System OP, XC & Central Left-Sided
OSSetCEN02R/6, Intensiv Ortho-Strips System OP, XC & Central Right-Sided

Indikationen


- Reduktion, Konturieren, Finieren und Polieren des approximalen Schmelzes in der Kieferorthopadie

Vorteile

- Vereinfachtes Einführen durch den interdentalen Kontaktpunkt
- Vermeidung von zervikalen Stufenbildungen
- Dentinüberempfindlichkeiten werden nicht gefördert
- Erhalt der ursprünglichen Morphologie des Zahnäquators
- Mehrfach anwendbar

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Dr. Francesco Garino, Turin, Italien



Klinische Abbildungen

01 Vereinfachtes Einführen des Strips dank dem nicht diamantierten unteren Rand

02 Vermeidung einer zervikalen Stufenbildung dank dem nicht diamantierten unteren Rand des Strips

03 Zahnschmelz reduzieren mit Intensiv Ortho-Strips System, Central, Medium, 40 µm


04 Zahnschmelz konturieren mit Intensiv Ortho-Strips System, Central, Coarse, 60 µm

05 Kontrolliertes Finieren des behandelten Zahnschmelzes mit Intensiv Ortho-Strips System, Central, Fine, 25 µm

06 Polieren des behandelten Zahnschmelzes mit Intensiv Ortho-Strips System, Central, Polishing, 15 µm

Farbcode	Mikron		Beschreibung
524	60 µm		Coarse
514	40 µm		Medium
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Polishing

Diamantierung:
DS = Beidseitig
L = Links
R = Rechts



Intensiv Ortho-Strips® Sets

Neu

Set für approximale Schmelzreduktion

Das Intensiv Ortho-Strips Tray 400 Set ist für die ASR (Approximale Schmelzreduktion). Es enthält auch die neuen, patentierten Intensiv Ortho-Strips System, Central. Dank der Diamantbeschichtung im zentralen Arbeitsbereich, bietet das Intensiv Ortho-Strips System, Central eine hohe Präzision bei der Reduktion sowie dem approximalen Finieren und Polieren des Zahnschmelzes unter Respektierung der ursprünglichen Morphologie und des Zahngewebes.



REF OST400Set01/6



REF OST400Set02/6



REF OST400Set03/6

Produktbeschreibung

REF OST400Set01/6
- 1 Intensiv Ortho-Strips Tray REF OST400
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Opener, REF OS08OP-DS
- 2 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Medium, REF OS40M-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Coarse, REF OS60C-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Fine, REF OS25F-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Polishing, REF OS15POL-CEN-DS

ERWEITERT
Öffnen (Orange), konturiertes reduzieren (Rot) und rasches Reduzieren (Braun), Finieren (Weiss), Polieren (Gelb)

REF OST400Set02/6
- 1 Intensiv Ortho-Strips Tray REF OST400
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Opener, REF OS08OP-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, ExtraCoarse, REF OS80XC-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Coarse, REF OS60C-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Medium, REF OS40M-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Fine, REF OS25F-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Polishing, REF OS15POL-CEN-DS

KOMPLETT
Öffnen (Orange), konturiertes reduzieren (Rot) und rasches Reduzieren (Braun), sehr rasches Reduzieren (Blau), Finieren (Weiss), Polieren (Gelb)

REF OST400Set03/6
- 1 Intensiv Ortho-Strips Tray REF OST400
- 2 Intensiv Ortho-Strips System, Opener, REF OS08OP-DS
- 3 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Medium, REF OS40M-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Polishing, REF OS15POL-CEN-DS

STANDARD
Öffnen (Orange), konturiertes reduzieren (Rot), Polieren (Gelb)

Indikationen

- Set03: Ortho-Strips Standard-Protokoll; Öffnen, Reduzieren/Messen und Polieren
- Set02: Ortho-Strips Vollständige Auswahl
- Set01: Ortho-Strips Standard-Protokoll inkl. 60 Mikron (braun) für raschere Abrasion und 25 Mikron (weiss) für anschliessende Finitur

Vorteile

- Die Intensiv Ortho-Strips sind während der Behandlung gemäss Zuordnung ihrer Anwendung verfügbar
- Vereinfachtes Einführen durch den interdentalen Kontaktpunkt
- Vermeidung von zervikalen Stufenbildungen
- Dentinüberempfindlichkeiten werden nicht gefördert

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv IPR-DistanceControl

Manuelles Instrument aus Inox-Stahl zur Unterstützung der Kontrolle der Zahnzwischenräume, die während des IPR-Protokolls entstehen

Indikationen

- Unterstützung der Kontrolle der Zahnzwischenräume beim Approximal-Stripping während kieferorthopädischen Behandlungen

Vorteile

- Sichere Handhabung
- Unterstützung dank der verschiedenen Stärken
- Hohe Anzahl an Kontrolle der Abständen, mit Kombinationen der 8 Instrumente

Dr. Francesco Garino, Turin, Italien



Produktbeschreibung

- Intensiv IPR-DistanceControl ist ein manuelles Metallinstrument
- Es besteht aus einem 8-teiligen Instrumentenset mit verschiedenen Stärken und Griff (Fingerhalt)
- Die Angabe der Stärke ist auf jedem Instrument markiert
- Auswechselbare Kunststoff-Niete zur Fixierung der 8 Instrumente
- Höhe / Länge des Messteils: 4 / 40 mm



REF IPR-DC Set

Intensiv ApproxOpener

Gezahnter und diamantierter Metallstrip in Inox-Stahl zur manuellen Öffnung enger Kontaktpunkte in der Kieferorthopädie

Indikationen

- Manuelle approximale Öffnung enger Kontaktpunkte während kieferorthopädischer Behandlung (Stripping)

Vorteile

- Friktionsfreie Anwendung zwischen den Kontaktpunkten dank der ultrafeinen Körnung und der gezahnten Stripkante
- Kalibrierte Öffnung zur Anwendung der Stripping-Methode
- Sichere Anwendung dank der Bogenspannung

Dr. Francesco Garino, Turin, Italien



Produktbeschreibung

Diamantierter Metallstrip, gespannt in einen Metallbogen, in 2 Ausfuhrungen:

- Gezahnt und einseitig diamantiert (8 µm), Stärke ca. 0.09 mm
- Gezahnt und beidseitig diamantiert (8 µm), Stärke ca. 0.10 mm
- Höhe des Strips: 4 mm
- Länge des Strips: 20 mm



REF AO2018DS/3 Double Sided
REF AO2018OS/3 One Sided



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Finieren und Polieren





Intensiv PrepTwins 106
Intensiv ProxoStrip 108
Intensiv ProxoStrip Plus 108
Intensiv ProxoStrip Anterior 109
Intensiv ProxoContour Coarse 109
Intensiv ProxoPolish 110
Intensiv Metall Diamantstreifen Trial Kit 110
Intensiv UniglossPaste 111
Intensiv UniglossPolisher Pat. 2564803 111

Intensiv PrepTwins

Pat. 2564803

Diamant Polymer Finierer zur verfeinerten Formgebung sämtlicher Präparationen

Das Finieren der Präparationsränder ist essenziell und propädeutisch für die weiteren Arbeitsschritte. Die Entfernung von gelösten Schmelzprismen und Beseitigung der unregelmässigen Oberflächen (Wellenschliff), kreiert durch rotierende Instrumente, erlauben eine Verbesserung und erhöhte Lebensdauer der intakten Restaurationen.




Trial Kit, 60 µm - REF 2460/6
Trial Kit, 40 µm - REF 2440/6
Trial Kit, 15 µm - REF 2415/6
Intensiv PrepTwins sind erhaltlich in Packungen zu 6 Stück

Produktbeschreibung

- Diamant Polymer Finierer hochgefüllt in je 3 unterschiedlichen Diamantkörnungen
- Die Diamantkörnung ist im Polymer jeweils durch die Farbe braun (60 µm), rot (40 µm) oder gelb (15 µm) gekennzeichnet
- Formen: Kugel, Zylinder, Flamme, Football, Torpedo, Konus
- Länge: Kugel: 2 mm, Zylinder und Konus: 8 mm, Flamme: 4 mm, Football: 3.5 mm, Torpedo: 6 mm

Farbcode	Mikron		Beschreibung
524	60 µm		Medium
514	40 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine



RA ISO 204

∅ 020	L 3.5 ∅ 020	L 10.0 ∅ 020	L 8.0 ∅ 020	L 8.0 ∅ 020	L 6.0 ∅ 020
RA PT801/6	RA PT368/6	RA PT882/6	RA PT862/6	RA PT847KR/6	RA PT877K/6
RA PT4801/6	RA PT4368/6	RA PT4882/6	RA PT4862/6	RA PT4847KR/6	RA PT4877K/6
RA PT5801/6	RA PT5368/6	RA PT5882/6	RA PT5862/6	RA PT5847KR/6	RA PT5877K/6

Indikationen

- Finitur der spezifisch kreierten Präparation


Vorteile

- Formkongruenz der Diamant Polymer Finierer zum vorher eingesetzten Präparations-Diamantinstrument
- Erhalt der spezifisch kreierten Präparationen
- Die Diamantierung des Metallkerns verhindert Metallspuren auf den Oberflächen
- Gewählte Körnung je nach Grad der Formgebung

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Klinische Abbildungen

Dr. Alessandro Devigus, Bulach, Schweiz



Okklusale Erhöhung über Molaren

01 Klinischer Fall: Erstellung eines Befunds über die Zähne 44, 45 und 46 für die Fertigung von keramischen Inlets mit dem CADCAM-System

02 Absenkung der approximalen Kronenränder mit dem Instrument FG 301 in 90 µm

03 Mesiales und distales Öffnen und Tieferlegen der approximalen Kavitäten

04 Öffnen der approximalen Kontaktpunkte, manuell durchgeführt mit dem Metallstrip ProxoContour Coarse, mit Körnung 80 µm

05 Abgeschlossene Präparation

06 Nachfolgende Ausarbeitung der Präparationsränder, ausgeführt mit den Intensiv PrepTwins RA PT801 mit 60 µm, die eine verbesserte optische Bilddarstellung ermöglicht

07 Verbesserung der Präparationsränder nach der Verwendung der PT-Finisher

08 Digitales Bild zeigt deutlich den Präparationsrand

09 Präparationsränder perfekt an die Restauration angepasst

Abtrag mit senkrechter Erweiterung

10 Anfertigung eines Inlays am Zahn 14: Präparation der Ränder mit Instrument FG 307L

11 Ausgeführte Präparation, Entfernung der ungenügenden Kompositfüllung im distalen Bereich

12 Nachfolgende Ausarbeitung mit Intensiv PrepTwins RA PT4882 in 40 µm

13 Optischer Abdruck, die optimale Vorbereitung der Präparationsränder unterstreichend

14 Digitale Darstellung der berechneten Restauration

15 Nachweislich verbesserte Präparationsgrenzen

16 Abgeschlossener Fall, Zementierung des angefertigten Inlays

Restauration Klasse III

17 Anfangssituation, Klasse III Läsionen an den Zähnen 12 und 11

18 Präparation der 2 approximalen Kavitäten, mit dem Instrument FG 201

19 Entfernung der losen Schmelzprismen und Anlegen der die Läsion nach palatinal begrenzenden Ränder

20 Anschrägen der Präparationsgrenzen mit Instrument Football, FG 255 mit 90 µm Körnung

21 Finierung der Präparationsgrenzen mit Instrument Football FG 4255

22 Nachfolgende Ausarbeitungen und Beseitigung von Unebenheiten, ausgeführt mit dem Instrument Intensiv PrepTwins RA PT5368 in 15 µm Körnung: Sichtbare Verbesserung der Qualität der Präparationsgrenze

Intensiv ProxoStrip Pat. 699 819

Einzigartiger, diamantierter Metallstrip mit Griffenden
zur finalen Glättung approximaler Flächen


Indikationen

- Finieren und Polieren von Zahnfüllungen und Kronenrändern
- Beseitigung von Überschüssen und Überständen
- Anschrägung bei adhäsiven Restaurationen in den approximalzervikalen Zonen

Vorteile

- Finieren und Polieren in einem Arbeitsgang
- Kurzer Strip zur verbesserten Abstützung der Finger
- Klinisch perfekt geglättete approximale Flächen

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Schweiz



Produktbeschreibung

- Metallstrip, einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern
- Stripenden griffsicher, perforiert und ergonomisch geformt
- Sterilisierbar und wiederverwendbar
- Gesamtlänge 80 mm | Höhe: 2,5 mm



REF PX4015/6, REF PX4015/12 40 µm 15 µm

Intensiv ProxoStrip Plus Pat. 699 819

Einzigartiger, diamantierter Metallstrip mit Plastik-Griffenden
zur finalen Glättung approximaler Flächen

Indikationen

- Finieren und Polieren von Zahnfüllungen und Kronenrändern
- Beseitigung von Überschüssen und Überständen
- Anschrägung bei adhäsiven Restaurationen in den approximalzervikalen Zonen

Vorteile

- Finieren und Polieren in einem Arbeitsgang
- Kurzer Strip zur verbesserten Abstützung der Finger
- Klinisch perfekt geglättete approximale Flächen

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Schweiz



Produktbeschreibung

- Metallstrip, einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern
- Ergonomische Stripenden in griffsicherem Kunststoff
- Sterilisierbar und wiederverwendbar
- Gesamtlänge 83 mm | Höhe: 2,5 mm



REF PXP4015/6, REF PXP4015/12 40 µm 15 µm

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv ProxoStrip Anterior Pat. 699 819

Einzigartiger, kurzer diamantierter Metallstrip mit Griffenden zur finalen Glättung approximaler Flächen

Indikationen

- Finieren und Polieren von Zahnfüllungen und Kronenrändern
- Beseitigung von Überschüssen und Überständen an Füllungsflächen und Kronenrändern
- Anschrägung der Kavitätenränder bei adhäsiven Restaurationen in den approximal-zervikalen Zonen

Vorteile

- Finieren und Polieren in einem Arbeitsgang
- Ergonomischer Griff für eine einfache, sichere Anwendung
- Kurzer Strip zur verbesserten Abstützung der Finger und verkürzten Hebel mit reduzierter Distanz zum Operationsfeld

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Schweiz



Produktbeschreibung

- Metallstrip, einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern
- Stripenden griffsicher, perforiert und ergonomisch geformt
- Sterilisierbar und wiederverwendbar
- Gesamtlänge 55 mm | Höhe: 2,5 mm



REF PXA4015/6, REF PXA4015/12 40 µm 15 µm

Intensiv ProxoContour Coarse Pat. 699 819

Einzigartiger, diamantierter Metallstrip zum Konturieren und Finieren

Indikationen

- Beseitigung von Überschüssen an den Füllungsrändern direkter und indirekter adhäsiver Restaurationen
- Modellieren und Finieren von überkonturierten Stellen ausgeprägter ästhetischer Restaurationen

Vorteile

- Friktionsfreies Anwenden dank perforierter Arbeitsflächen
- Rasches und effizientes Entfernen der Überschüsse dank der groben Körnung

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Schweiz



Produktbeschreibung

- Metallstrip, einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern
- Diamantierte Fläche mit 3 Streifen Loch-Perforation
- Stripenden griffsicher, perforiert und ergonomisch geformt
- Sterilisierbar und wiederverwendbar
- Gesamtlänge 80 mm | Höhe: 2,5 mm



REF PXCC8040/6 80 µm 40 µm

Intensiv ProxoPolish

Pat. 699 819

Einzigartiger, diamantierter Metallstrip zur effizienten Entfernung von Verfärbungen und manuellen Politur approximaler Flächen

Indikationen

- Beseitigung von Verfärbungen auf approximalen Flächen
- Glanzpolitur approximaler Flächen
- Vervollständigung der professionellen Zahnreinigung approximaler Flächen

Vorteile

- Effiziente manuelle Reinigung und Politur in einem Arbeitsgang mit demselben Instrument
- Ergonomische Griffenden, kurzer Strip für eine einfache, sichere Anwendung

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Schweiz



Produktbeschreibung

- Metallstrip, einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern
- Stripenden griffsicher, perforiert und ergonomisch geformt
- Sterilisierbar und wiederverwendbar
- Gesamtlänge 80 mm | Höhe: 2,5 mm




REF PXPO1508/6

15 µm 8 µm

Intensiv Metall Diamantstreifen Trial Kit

Finieren und Polieren der approximalen Flächen ästhetischer Restaurationen

Intensiv ProxoStrip, Intensiv ProxoStrip Anterior, Intensiv ProxoContour Coars und Intensiv ProxoPolish sind einzigartige diamantierte Metallstrips. Die Länge der Strips ermöglicht eine vereinfachte Abstützung der Finger während der Behandlung. Die Striphöhe von 2,5 mm sowie die freie Zone zwischen den Arbeitsfeldern erhalten den vorhandenen Kontaktpunkt.



Produktbeschreibung

- 4 verschiedene Metallstrip einseitig diamantiert, mit zwei Arbeitsfeldern
- Freie, nicht diamantierte Zone zwischen den beiden Arbeitsfeldern
- Höhe: 2,5 mm
- Stärke: 0,05 mm
- Sterilisierbar, Mehrfachverwendung

Trial Kit REF PXT/6
Inhalt:

- 2 Intensiv ProxoStrip
- 1 Intensiv ProxoStrip Anterior
- 2 Intensiv ProxoContour Coarse
- 1 Intensiv ProxoPolish

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv UniglossPaste

Einstufige universelle Diamantpolierpaste mit einzigartig auf die Oberflächen abgestimmter Mikrokörnung für die Hochglanzpolitur

Indikationen

- Finale Hochglanzpolitur der Oberflächen aller Komposite

Vorteile

- Anwendung mit Standard Nylonbürstchen oder Prophylaxe Gummikelchen
- Hochglanzpolitur in nur 15 Sekunden
- Gleicher Hochglanz auf restaurierten und natürlichen Oberflächen
- Eine einzige Paste für die Hochglanzpolitur

Dr. Simona Giani, Varese, Italien



Produktbeschreibung

- Polierpaste mit einem signifikanten Anteil an ultrafeinen Naturdiamanten, in ihrer Zusammensetzung abgestimmt auf die Oberflächenrauigkeit der Komposite
- Die gewählte Mischung des Diamantgranulats entspricht den unteren Dimensionen der ultrafeinen Körnungen



REF 2500 - Spritze zu 2.5g

Intensiv UniglossPolisher Pat. 2564803

Formstabile Diamant Polymer Polierer zur Hochglanzpolitur der ästhetischen Restaurationen

Indikationen

- Finale Hochglanzpolitur aller konvexen und ausgeprägten konkaven Flächen ästhetischer Restaurationen aus Komposite
- Unterhalt der vorhandenen ästhetischen Restaurationen

Vorteile


- Formbeständige Formen während mehrfacher Anwendung
- Überragender Glanzeffekt und minimale Oberflächen-Rauigkeit
- Vollständige Fissuren-Politur aufgrund der flexiblen und formstabilen Spitze
- Schonung des Randschlusses

Dr. Simona Giani, Varese, Italien



Produktbeschreibung

- Diamond Polymer Polierer hochgefüllt mit ultrafeinen Diamanten
- Schlanke Flamme und kompakter Kelch, farblos
- Kern der Flamme- und Kelch-Formen mit Mandrell, bestehend aus resistenten Kunststoff
- Autoklavierbar, mehrfach verwendbar



REF 2300/6 - Packung zu je 3 Stück
REF 2310/6 - 6 Flammen | REF 2320/6 - 6 Kelche



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Zubehör






Intensiv DiaTweezer 114
Intensiv PerioDiaCurette 115
Intensiv ApproxOpener 115

Intensiv DiaTweezer


Pinzetten mit diamantierten Spitzen.

Ein guter Halt zum Greifen und Halten von grazilen Gegenständen ist oft erforderlich, um ein Verrutschen zu verhindern. Pinzetten mit geöffneter Position der Spitzen sind hilfreich zum Halten von Hohlkörpern wie z.B. Kronen.

Intensiv DiaTweezer College



Intensiv DiaTweezer Meriam



Indikationen

- Sicheres Greifen und Halten kleiner extraoraler Gegenstände in der Zahnmedizin (z.B. einer Krone oder eines Inlays/Onlays)

Vorteile

- Festes und sicheres Greifen duch innen diamantierte Pinzettenspitzen
- Sicherer Halt von kleinen Hohlkörpern mittels geöffneter Pinzette durch rundum diamantierte Pinzettenspitzen

Klassisch



REF. 1001: mit rundum diamantierten Pinzettenspitzen



REF 1002A: mit innen diamantierten Pinzettenspitzen


Indikationen

- Sicheres Greifen und Halten kleiner extraoraler Gegenstände in der Zahnmedizin (z.B. einer Krone oder eines Inlays/Onlays)

Vorteile

- Komfortables rundes Griffdesign
- Schonender Griff durch integriertem Schliess-Stop
- Festes und sicheres Greifen duch innen diamantierte Pinzettenspitzen
- Sicherer Halt von kleinen Hohlkörpern mittels geöffneter Pinzette durch rundum diamantierte Pinzettenspitzen

Intensiv DiaTweezer College



Neu



Einzigartig integrierter Schliess-Stop

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv PerioDiaCurette

Diamantierte Paro-Küretten für die manuelle Wurzelglättung in der parodontalen Therapie

Indikationen

- Finale Wurzelglättung im Rahmen der parodontalen Therapie unter erschwerten morphologischen Verhältnissen

Vorteile

- Der Einsatz manueller Instrumente garantiert volle taktile Sensibilität
- Die Universal-Kürette ist besonders geeignet für Konkavitäten und Einziehungen der Wurzeloberflächen
- Restlose Glättung bis zur Homogenität der Wurzeloberflächen


REF PDC 13-14


REF PDC 11-12


REF PDC-U


REF PDC-F



REF PDC 13-14
REF PDC-A (Assortiment, 4 PerioDiaCurette)

Intensiv ApproxOpener

Manueller gezahnter Metallstrip zur Beseitigung von koronalen Überschüssen der adhäsiven Restauration





Indikationen

- Entfernen von überschüssigem Zementierungsmaterial im koronalen Bereich bei adhäsiven (indirekten) Restaurationen

Vorteile

- Materialentfernung nach Zementierung ohne Verletzung der Zahnhartsubstanz dank der nicht diamantierten Ausführung
- Sichere Anwendung dank der Bogenspannung
- Sterilisierbar, wiederverwendbar

Produktbeschreibung

- Manueller Metallstrip gespannt in einen Metallbogen
- Gezahnt
- Höhe des Strips: 4 mm
- Länge des Strips: 20 mm



REF AO2018/3

Hinweise
für Intensiv Diamantinstrumente

Die hier beschriebenen allgemeinen Hinweise und Sicherheitsempfehlungen gelten als Richtlinien für die Intensiv Diamantinstrumente. Eine aktuelle Version der vollständigen Anwendungshinweise aller Produkte unter **www.intensiv.ch**

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Rostfreier Stahl mit diamantbeschichteten Arbeitsteil in verschiedenen Formen und Grössen.
- Diamant Korngrössen 8 µm - 150 µm.
- Verfügbar in:
  - FG (Friction Grip) für Turbine und rotes Winkelstück
  - RA (Right Angle) für Winkelstück
  - Federschaft (oszillierende Instrumente) für reziproke Winkelstücke.

VERWENDUNGSZWECK UND ANWENDUNGSDETAILS

- Abrasion von Schmelz und Dentin sowie Dental-Materialien zum Reduzieren, Konturieren, Finieren und/oder Polieren in der Zahnmedizin.
- Präparationen und Finieren von Restaurationen in der konservierenden Zahnheilkunde und Prothetik. Insbesondere die diamantierten Streifen sind auch in der Kieferorthopädie anwendbar.

ANWENDUNGSHINWEISE

- Anwendung nur von autorisiertem Fachpersonal wie Zahnärzten.
- Vor dem Einsatz der Instrumente sollte das Fachpersonal eigenverantwortlich prüfen, ob das gewählte Instrument für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
- Instrumente so tief wie möglich ins Spannfutter der Turbine oder Winkelstücke einsetzen (Abb. 01). Bei RA Instrumenten darauf achten, dass die Arretierung erfolgt.
- Vor dem Ansetzen an die Behandlungszone, das Instrument auf die gewünschte Drehzahl bringen (Tabelle unten).
- Wasserspray (mind. 50ml/min) während der ganzen Behandlung aktivieren um zu kühlen und die Instrumente zu reinigen. Für eine durchgehend gleichmässige Wasserzufuhr sorgen.
- Bei Verwendung von Diamant-Instrumenten mit einem Arbeitsteil-Durchmesser grösser als ISO 020 und länger als 10 mm sowie einer Diamantkörnung gleich oder kleiner als 50 Mikron ist eine zusätzliche Kühlwasserzufuhr empfohlen.
- Es wird empfohlen, unter Kofferdam zu arbeiten und wie üblich eine Sicherheitsbrille zu tragen.
- Wenn klinisch möglich, immer die gesamte Länge des Arbeitsteils anwenden, um eine geringere Anpresskraft und eine gleichmässige Verwendung des Instrumentes zu gewährleisten (Abb. 02).
- Nach Abschluss der Präparation Instrument von der Behandlungszone entfernen und zum Stillstand bringen.

WARTUNG UND STERILISATION

- Alle Intensiv Instrumente werden unsteril geliefert. Sie müssen vor der ersten und nach jeder Anwendung am Patienten desinfiziert und sterilisiert werden.
- Nach jeder Anwendung sofort eine Vorreinigung mittels Desinfektion durchführen.
- Nach jeder Anwendung am Patienten, die Instrumente reinigen und entfernen von Ablagerungen (weiche Bürstchen, Reinigungsgummi Intensiv Diakleen oder/und Ultraschall), um die Abrasivleistung zu erhalten.



- Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit strikter Einhaltung der Herstellerangaben zu Konzentration und Einwirkzeiten verwenden.
- Im Fall der Präsenz von Schleifresten an den Instrumenten sind diese im Ultraschallbad, mit Reinigungsgummi Intensiv Diakleen und/oder weichen Bürstchen zu reinigen.
- Nach der Desinfektion und Reinigung, Überprüfung der Instrumente auf verbleibende Verunreinigung. Falls erforderlich, Wiederholung des Desinfektions/ Reinigungs Prozesses.
- Optische Überprüfung auf mögliche Beschädigungen. Entsorgung von oxidierten, exzentrischen oder deformierten Instrumenten und Instrumente mit ganz oder teilweise fehlender Diamantbeschichtung.
- Die Reinigung und Desinfektion der Instrumente kann auch in einem professionellen Thermodesinfektor ausgeführt werden.
- Es sollten grundsätzlich nur ausreichend geräte- und produktspezifisch validierte Verfahren für die Reinigung/Desinfektion und Sterilisation eingesetzt werden.
- Um ausführliche Reinigungs-, Desinfektions-, Sterilisations-, Kontroll- und Wartungsanweisungen zu erhalten, an info@intensiv.ch schreiben.

SICHERHEITSWARNUNGEN

- Hebeln und Verkanten, zu hohe Drehzahl oder Anpressdruck (Tabelle unten) rotierender und oszillierender Instrumente ist zu vermeiden, da dies zu erhöhtem Bruchrisiko der Instrumente führt.
- Überschreiten der empfohlenen Höchstdrehzahl ist zu vermeiden, um bei rotierenden Instrumenten eine Bruchgefahr durch zu hohe Zentrifugalkräfte zu verhindern. Dies gilt besonders für Arbeitsteile, die grösser als der Schaftdurchmesser sind (Abb. 03).
- Ein zu hoher Verlust der spezifischen Diamantbeschichtung kann bei Verwendung dieser Instrumente wegen nicht ausreichender Abrasion zu lokaler Überhitzung führen.
- Die Überschreitung der empfohlenen Anpresskräfte und Drehzahlen ist zu vermeiden da dies Schäden der behandelten Zone, als auch Schaden am Instrument verursachen kann.
- Bei Anwendung von Instrumenten mit feinkörnigen Diamanten und zu hoher/m Drehzahl/Anpressdruck kann es wegen zu geringer Abrasion zu einer Überhitzung der behandelten Zone führen.
- Bei Anwendung von Instrumenten mit zu grobkörnigen Diamanten in Verhältnis zum Behandlungsziel kann zu einer Überbehandlung führen.
- Um die Rückverfolgbarkeit der Instrumente zu garantieren, ist es notwendig, die Verpackung mit Lotnummer während der gesamten Anwendungsdauer der Instrumente zu behalten.

Rotierende Instrumente FG

ISO Ø 1/10 mm	Geschwindigkeit min. -1 Drehzahlen mit Wasser-Spray mind. 50 ml/min.	Körnungen 8-50 µm	Körnungen 60-106 µm	Körnungen 125-150 µm
006	Max 150.000	Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max 10g	Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max 20g	Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max 40g
↓	↓	↓	↓	↓
055	Max 20.000	Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max 50g	Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max 80g	Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max 160g

Rotierende Instrumente RA

ISO Ø 1/10 mm	Geschwindigkeit min. -1 Drehzahlen mit Wasser-Spray mind. 50 ml/min.	Körnungen 8-50 µm	Körnungen 60-106 µm	Körnungen125-150 µm
007	Max 40.000	Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max 10g	Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max 20g	Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max 40g
↓		↓	↓	↓
036		Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max 45g	Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max 70g	Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max145g

Oszillierende Instrumente - Feilen und Strips

Instrument	Geschwindigkeit min. -1 Drehzahlen mit Wasser-Spray mind. 50 ml/min	Körnungen 8-125 µm
Proxoshape	Max 40'000 RPM, Winkelstück grüner Ring, 2:1, 20'000 oszillierende Bewegungen/Minute	Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max 50g
Ortho-Strips		Anpresskraft so leicht wie möglich, empfohlener Belastungsdruck max 100g


Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Tabellenstruktur


Intensiv Artikelnummern und Farb-Codierung der Korngrösse

Farbcode	Mikron		Beschreibung
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
524	60 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und –grösse vom Tabellenwert abweichen.




KONUS 846KR • Kante rund



Intensiv Artikelnummer

Schaftart



ISO 314	FG
ISO 315	FGL (FG Long)
ISO 204	RA (Winkelstück)

Definition der Form

Die Tabellen sind in Formengruppen unterteilt: Kugel, Konus umgekehrt, Birne, Zylinder, Flamme, Konus, Torpedo, Football, Rad, Linse, Spezielle Formen.
Siehe Formen-Tabelle auf den Seiten 27-28

Symbole der Indikationen

Kavitätenpräparation	Kronentrennung	Prophylaxe
Entfernung alter Füllungen	Kronenpräparation	Kieferorthopädie
Wurzelglättung	Füllungsbearbeitung	

Intensiv Artikel-Verzeichnis

FG

Intensiv Code	Form	Seite
FG 01125	839	74
FG 01140	839	74
FG 01425	839	74
FG 01440	839	74
FG 01480	839	74
FG 101	898	67
FG 101 C	898	67
FG 101 CB	898	67
FG 101 GB	898	67
FG 102	825	73
FG 102 C	825	73
FG 102 GB	825	73
FG 102A C	818	76
FG 102L	898	67
FG 102L C	898	67
FG 102L GB	898	67
FG 103	898	67
FG 103 C	898	67
FG 103 GB	898	67
FG 103A C	818	76
FG 104	898	67
FG 104 C	898	67
FG 104 GB	898	67
FG 1040	846KR	54
FG 106	846	52
FG 106 C	846	52
FG 106 CB	846	52
FG 107A	846	52
FG 107A C	846	52
FG 108A C	818	76
FG 109	846	52
FG 109 C	846	52
FG 109 CB	846	52
FG 109A	846	52
FG 109A C	846	52
FG 10A	909	64
FG 10A C	909	72
FG 10A GB	909	72
FG 110	818	72
FG 110 C	818	72
FG 111	818	72
FG 111 C	818	72
FG 111 GB	818	72
FG 111A	818	72
FG 111A C	818	72
FG 113	846	44
FG 113 C	846	52
FG 113 CB	846	52
FG 113 GB	846	52
FG 113A	852	60
FG 113A C	852	60
FG 113A CB	852	60
FG 113A GB	852	60
FG 113N	847	53
FG 113N C	847	53
FG 113N CB	847	53
FG 113N GB	847	53
FG 113NR	847KR	55
FG 113S	847	53
FG 113S C	847	53
FG 113S CB	847	53
FG 113S GB	847	53
FG 114	836	43
FG 114 C	836	43
FG 114 CB	836	43
FG 114 GB	836	43
FG 114A	836	43
FG 114A C	836	43
FG 114S	836	43
FG 114S C	836	43
FG 115	807	39
FG 115 C	807	39
FG 115 CB	807	39
FG 115 GB	807	39
FG 115A	836	43
FG 115A C	836	43
FG 116	847	53
FG 116 C	847	53
FG 116 CB	847	53
FG 116 GB	847	53
FG 116A	847	53
FG 116N	847	53
FG 116N C	847	53
FG 117	847	53
FG 117 C	847	53
FG 117 CB	847	53
FG 117 GB	847	53
FG 117A	852	60
FG 117A C	852	60
FG 117N	847	53
FG 117N C	847	53
FG 117N GB	847	53
FG 117S	852	60
FG 117S C	852	60
FG 117S CB	852	60
FG 117S GB	852	60
FG 118	807	39
FG 119	807	39
FG 119 C	807	39
FG 119A	807	39
FG 119A C	807	39
FG 11A	909	72
FG 11A C	909	72
FG 11A CB	909	72
FG 11A GB	909	72
FG 123	886Z	63
FG 123 C	886Z	63
FG 123 GB	886Z	63
FG 124	885	48
FG 124 C	885	48
FG 124 CB	885	48
FG 124 GB	885	48
FG 124L	886	48
FG 124L C	886	48
FG 124L CB	886	48
FG 124L GB	886	48
FG 125	885	48
FG 125 C	885	48
FG 130	815	72
FG 131	885	48
FG 133	885	48
FG 134	885	48
FG 134 C	885	48
FG 136	885	48
FG 136 C	885	48
FG 161	877K	66
FG 161 C	877K	66
FG 161 GB	877K	66
FG 161N	877K	66
FG 161N C	877K	66
FG 162	877K	66
FG 162 C	877K	66
FG 162 CB	877K	66
FG 162 GB	877K	66
FG 163	877K	66
FG 163 C	877K	66
FG 163 CB	877K	66
FG 163 GB	877K	66
FG 164	877K	66
FG 164 C	877K	66
FG 16L	857	56
FG 16L C	857	56
FG 17	851	56
FG 17L	857	56
FG 17L C	857	56
FG 18	851	56
FG 18 C	851	56
FG 18 GB	851	56
FG 181	878K	67
FG 181 C	878K	67
FG 181 CB	878K	67
FG 181 GB	878K	67
FG 181N	878K	67
FG 181N C	878K	67
FG 182	878K	67
FG 182 C	878K	67
FG 182 CB	878K	67
FG 182 GB	878K	67
FG 183	878K	67
FG 183 C	878K	67
FG 183 GB	878K	67
FG 184	878K	67
FG 184 C	878K	67
FG 184 CB	878K	67
FG 184 GB	878K	67
FG 185	878K	67
FG 185 C	878K	67
FG 185 CB	878K	67
FG 185 GB	878K	67
FG 189	801	36
FG 18L	857	56
FG 18L C	857	56
FG 18L GB	857	56
FG 19	851	56
FG 19 C	851	56
FG 19 GB	851	56
FG 190	879K	67
FG 190 C	879K	67
FG 191	879K	67
FG 191 C	879K	67
FG 191 CB	879K	67
FG 191 GB	879K	67
FG 192	879K	67
FG 192 C	879K	67
FG 192 CB	879K	67
FG 192 GB	879K	59
FG 193	879K	67
FG 193 C	879K	67
FG 193 CB	879K	67
FG 193 GB	879K	67
FG 194	879K	67
FG 194 C	879K	67
FG 194 CB	879K	67
FG 195	879K	67
FG 196	879K	67
FG 196 C	879K	67
FG 196L	801L	37
FG 197	811	71
FG 197 C	811	71
FG 198	811	71
FG 198 C	811	71
FG 198 CB	811	71
FG 198 GB	811	71
FG 198A	811	71
FG 198A C	811	71
FG 198A CB	811	71
FG 199	801	36
FG 19A	851	56
FG 19A GB	851	56
FG 19L	857	56
FG 19L C	857	56
FG 200	801	36
FG 200 C	801	36
FG 200 GB	801	36
FG 200L	801L	37
FG 200N	801	36
FG 200N GB	801	36
FG 200S	801	36
FG 200S GB	801	36
FG 201	801	36
FG 201 C	801	36
FG 201 CB	801	36
FG 201 GB	801	36
FG 201L	801L	37
FG 201N	801	36
FG 201N C	801	36
FG 201N CB	801	36
FG 201N GB	801	36
FG 201NL	801L	37
FG 201NL C	801L	37
FG 201S	801	36
FG 201S C	801	36
FG 201S CB	801	36
FG 201S GB	801	36
FG 202	805	38
FG 202 C	805	38
FG 202 CB	805	38
FG 202 GB	805	38
FG 203L	801L	37
FG 203L C	801L	37
FG 204	835	42
FG 204 C	835	42
FG 204 CB	835	42
FG 204 GB	835	42
FG 204L	801L	37
FG 204L C	801L	37
FG 205	860	49
FG 205 C	860	49
FG 205 CB	860	49
FG 205 GB	860	49
FG 205A	845	52
FG 205L	861	49
FG 205L C	861	49
FG 205L CB	861	49
FG 205L GB	861	49
FG 205S	860	49
FG 205S C	860	49
FG 206	845	52
FG 206 C	845	52
FG 206 CB	845	52
FG 206 GB	845	52
FG 206A	845	52
FG 207	807	39
FG 208	845	52
FG 208 C	845	52
FG 208 CB	845	52
FG 208 GB	845	52
FG 210	835	42
FG 210 C	835	42
FG 210 CB	835	42
FG 210 GB	835	42
FG 211	835	42
FG 211 C	835	42
FG 211S	835	42
FG 212	835	42
FG 212 C	835	42
FG 212 CB	835	42
FG 212 GB	835	42
FG 212S	835	42
FG 212S CB	835	42
FG 212S GB	835	42
FG 213	846	52
FG 213 C	846	52
FG 213 CB	846	52
FG 213 GB	846	52
FG 214	835	42
FG 214 C	835	42
FG 214 CB	835	42
FG 214 GB	835	42
FG 215	807	39
FG 215 C	807	39
FG 215 GB	807	39
FG 215S	807	39
FG 215S C	807	39
FG 215S GB	807	39
FG 216	805	38
FG 216 C	805	38
FG 216 GB	805	38
FG 216A	805	38
FG 216B	830	40
FG 216N	805	38
FG 216N C	805	38
FG 216N GB	805	38
FG 216S	805	38
FG 216S C	805	38
FG 216S GB	805	38
FG 217	805	38
FG 217 C	805	38
FG 217 GB	805	38
FG 217B	830	40
FG 217S	805	38
FG 217S C	805	38
FG 217S GB	805	38
FG 218	830R	40
FG 218 C	830R	40
FG 218 CB	830R	40
FG 218 GB	830R	40
FG 218B	830	40
FG 219	830R	40
FG 219 C	830R	40
FG 219 CB	830R	40
FG 219 GB	830R	40
FG 219B	830	40
FG 219N	830R	40
FG 219N C	830R	40
FG 219N CB	830R	40
FG 220	830R	40
FG 220 C	830R	40
FG 220 CB	830R	40
FG 220 GB	830R	40
FG 220B	830	40
FG 220S	830R	40
FG 220S C	830R	40
FG 221B	830	40
FG 223	830RL	41
FG 223 C	830RL	41
FG 223 CB	830RL	41
FG 223 GB	830RL	41
FG 223B	830L	41
FG 224	830RL	41
FG 224 C	830RL	41
FG 224 GB	830RL	41
FG 225	830RL	41
FG 225 C	830RL	41
FG 225 CB	830RL	41
FG 225 GB	830RL	41
FG 226	830RL	41
FG 226 C	830RL	41
FG 227	830RL	41
FG 227 C	830RL	41
FG 227 CB	830RL	41
FG 228	845	52
FG 228 C	845	52
FG 229	830L	41
FG 229 C	830L	41
FG 230	830L	41
FG 230 C	830L	41
FG 231	850	59
FG 232	850	59
FG 233	850	59
FG 233 C	850	59
FG 233 CB	850	59
FG 233 GB	850	59
FG 234	850	59
FG 234 C	850	59
FG 234 CB	850	59
FG 234 GB	850	59
FG 235	856	58
FG 235 C	856	58
FG 235 CB	856	58
FG 235 GB	856	58
FG 235A	856	58
FG 235A C	856	58
FG 235S	856	58
FG 235S C	856	58
FG 235S CB	856	58
FG 236	850	59
FG 236 C	850	59
FG 236 CB	850	59
FG 236 GB	850	59
FG 237	850	59
FG 237 C	850	59
FG 237 CB	850	59
FG 237 GB	850	59
FG 237L	856L	58
FG 237L C	856L	58
FG 238	850	59
FG 238 C	850	59
FG 238 CB	850	59
FG 238 GB	850	59
FG 238L	856L	58
FG 238L C	856L	58
FG 239L	856L	58
FG 239L C	856L	58
FG 240	850L	59
FG 240 C	850L	59
FG 240 CB	850L	59
FG 240 GB	850L	59
FG 240L	856L	58
FG 240L C	856L	58
FG 241	811L	71
FG 241 C	811L	71
FG 241 CB	811L	71
FG 241 GB	811L	71
FG 243	899	71
FG 243 C	899	71
FG 243 GB	899	71
FG 244	835	42
FG 244 C	835	42
FG 244 CB	835	42
FG 244A	835	42
FG 244A C	835	42
FG 245	899	71
FG 245 C	899	71
FG 245 GB	899	71
FG 246	850L	59
FG 246 C	850L	59
FG 247	850L	59
FG 247 C	850L	59
FG 247 GB	850L	59
FG 248	850L	59
FG 248 C	850L	59
FG 249	850L	59
FG 249 C	850L	59
FG 250	379	70
FG 250 C	379	70
FG 250 CB	379	70
FG 250 GB	379	70
FG 250A	379	70
FG 250A C	379	70
FG 250A GB	379	70
FG 252	368	68

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Code	Form	Seite
FG 252A	368	68
FG 253	368	68
FG 253 C	368	68
FG 254	368	68
FG 254 C	368	68
FG 254 GB	368	68
FG 255	368	68
FG 255 C	368	68
FG 255 CB	368	68
FG 255 GB	368	68
FG 255A	368	68
FG 255A C	368	68
FG 255A GB	368	68
FG 256	379	69
FG 256 C	379	69
FG 256 GB	379	69
FG 257	379	69
FG 257 C	379	69
FG 257 CB	379	69
FG 257 GB	379	69
FG 257S	379	69
FG 257S C	379	69
FG 257S GB	379	69
FG 258	379	69
FG 258 C	379	69
FG 258 CB	379	69
FG 258 GB	379	69
FG 258N	379	69
FG 258N C	379	69
FG 258N GB	379	69
FG 259	379	69
FG 259 C	379	69
FG 259 CB	379	69
FG 259 GB	379	69
FG 260	379	69
FG 260 C	379	69
FG 261	835KR	44
FG 262	835KR	44
FG 263	835KR	36
FG 263 C	835KR	44
FG 264	835KR	44
FG 264 C	835KR	44
FG 265	835KR	44
FG 265 C	835KR	44
FG 266	835KR	44
FG 266 C	835KR	44
FG 268	379	69
FG 268 C	379	69
FG 269	860	49
FG 269 C	860	49
FG 274	390	70
FG 274 C	390	70
FG 274 GB	390	70
FG 274N	390	70
FG 274N C	390	70
FG 274N GB	390	70
FG 285L	861	49
FG 285L C	861	49
FG 285L CB	861	49
FG 297	813	39
FG 298	813	39
FG 298 C	813	39
FG 299	813	39
FG 299 C	813	39
FG 300	802	37
FG 300 C	802	37
FG 300 GB	802	37
FG 300A	802	37
FG 300S	802	37
FG 300S C	802	37
FG 300S GB	802	37
FG 301	802	37

Intensiv Code	Form	Seite
FG 301 C	802	37
FG 301 CB	802	37
FG 301A	802	37
FG 301A C	802	37
FG 301S	802	37
FG 301S C	802	37
FG 301S GB	802	37
FG 302	806	38
FG 302 C	806	38
FG 302 CB	806	38
FG 302 GB	806	38
FG 302A	802	38
FG 302A C	802	38
FG 303	813	39
FG 303 C	813	39
FG 303 CB	813	39
FG 303A	813	39
FG 303A C	813	39
FG 303S	813	39
FG 303S C	813	39
FG 304	835	42
FG 304 C	835	42
FG 304 CB	835	42
FG 304 GB	835	42
FG 3040B	879	65
FG 3040SB	879	65
FG 305	880	46
FG 305 C	880	46
FG 305 CB	880	46
FG 305 GB	880	46
FG 305L	882	47
FG 305L C	882	47
FG 305L CB	882	47
FG 305L GB	882	47
FG 305LP C	837KR	45
FG 305S	880	46
FG 305S C	880	46
FG 305S CB	880	46
FG 305S GB	880	46
FG 306	877	64
FG 306 C	877	64
FG 306 GB	877	64
FG 306A	877	64
FG 306S	876	64
FG 306S C	876	64
FG 306S GB	876	64
FG 307	881	47
FG 307 C	881	47
FG 307 CB	881	47
FG 307 GB	881	47
FG 307A	882	47
FG 307A C	882	47
FG 307L	882	47
FG 307L C	882	47
FG 307L CB	882	47
FG 307L GB	882	47
FG 307N	882	47
FG 307N C	882	47
FG 307N CB	882	47
FG 307N GB	882	47
FG 308	878	65
FG 308 C	878	65
FG 308 CB	878	65
FG 308 GB	878	65
FG 308S	878	65
FG 308S C	878	65
FG 308S GB	878	65
FG 309	881	47
FG 309 CB	881	47
FG 309 CB	881	47
FG 309 GB	881	47
FG 30D14	858	60

Intensiv Code	Form	Seite
FG 30D2	858	60
FG 30D3	859	61
FG 30D34	859	61
FG 30D4	859	61
FG 30D6	850	59
FG 30D8	855	57
FG 310	879	65
FG 310 C	879	65
FG 310 CB	879	65
FG 310 GB	879	65
FG 311	862	50
FG 311 C	862	50
FG 311 CB	862	50
FG 311 GB	862	59
FG 3113NR	847KR	55
FG 3113R	846KR	54
FG 3113S	847	53
FG 3116	847	53
FG 3117	847	53
FG 3117N	847	53
FG 311S	862	50
FG 311S C	862	50
FG 312	862	50
FG 312 C	862	50
FG 312 CB	862	50
FG 312 GB	862	50
FG 3124L	886	48
FG 312L	837L	43
FG 312N	863	51
FG 312N C	863	51
FG 312N CB	863	51
FG 312N GB	863	51
FG 313	845	52
FG 313 C	845	52
FG 313A	837	43
FG 313A C	837	43
FG 313L	837L	43
FG 313L C	837L	43
FG 314	837	43
FG 314 C	837	43
FG 314 CB	837	43
FG 314 GB	837	43
FG 314A	837	43
FG 314L	837L	43
FG 314L C	837L	43
FG 314L CB	837L	43
FG 314L GB	837L	43
FG 314S	837	43
FG 314S C	837	43
FG 314S CB	837	43
FG 314S GB	837	43
FG 315	881	47
FG 315 C	881	47
FG 315 CB	881	47
FG 315 GB	881	47
FG 315A	837	43
FG 315A C	837	43
FG 315L	881	47
FG 315L C	881	47
FG 315L CB	881	47
FG 315L GB	881	47
FG 315S	881	47
FG 315S C	881	47
FG 315S CB	881	47
FG 315S GB	881	47
FG 316	806	38
FG 316 C	806	38
FG 316 GB	806	38
FG 316L	837L	43
FG 316L C	837L	43
FG 316N	806	38
FG 316N C	806	38

Intensiv Code	Form	Seite
FG 316N GB	806	38
FG 316S	806	38
FG 316S C	806	38
FG 316S GB	806	38
FG 317L	837L	43
FG 317L C	837L	43
FG 317L CB	837L	43
FG 317L GB	837L	43
FG 3200	801	36
FG 3200S	801	36
FG 3201	801	36
FG 3205	860	49
FG 3205L	861	49
FG 3206	845	52
FG 321	881	47
FG 321 C	881	47
FG 3210	835	42
FG 3211S	835	42
FG 3212S	835	42
FG 3214	835	42
FG 3218	830	40
FG 3219	830	40
FG 322	881	47
FG 322 C	881	47
FG 3223	830L	41
FG 3224	830L	41
FG 3225	830L	41
FG 3233	850	59
FG 3235	856	58
FG 3236	850	59
FG 3237	850	59
FG 324	881	47
FG 324 C	881	47
FG 3240	850L	59
FG 3243	899	71
FG 325	881	47
FG 325 C	881	47
FG 325 CB	881	47
FG 325 GB	881	47
FG 3250	379	70
FG 3255	368	68
FG 3256	379	69
FG 3257	379	69
FG 3258	379	69
FG 3259	379	69
FG 326	837KR	45
FG 326 C	837KR	45
FG 327	837KR	45
FG 327 C	837KR	45
FG 3274	390	70
FG 3274N	390	70
FG 3305	880	46
FG 3305L	882	47
FG 3308	878	65
FG 3310	879	65
FG 3311	862	50
FG 3313	845	52
FG 3315L	881	47
FG 3315S	881	47
FG 3323	830L	41
FG 334	880	46
FG 334 C	880	46
FG 335	392	74
FG 336	880	46
FG 336 C	880	46
FG 3388	878	65
FG 340	822	40
FG 3400	801	36
FG 3400N	801	36
FG 3400S	801	36
FG 3401	801	36
FG 3404	838	46

Intensiv Code	Form	Seite
FG 3405L	863	51
FG 3408	878	65
FG 3409R	845KR	54
FG 341	822	40
FG 3410	879	65
FG 3413	845	52
FG 3413R	845KR	54
FG 3414	836KR	44
FG 3414B	836KR	44
FG 342	822	40
FG 3422	847KR	54
FG 3425	846KR	54
FG 3427	847KR	55
FG 343	822	40
FG 343 C	822	40
FG 3510	836KR	44
FG 3513	846KR	54
FG 3513N	847KR	55
FG 3514	836KR	44
FG 3517	847KR	55
FG 3525	846KR	54
FG 3526	847KR	55
FG 360	858	60
FG 360 C	858	60
FG 361	858	60
FG 361 C	858	60
FG 3614	837KR	45
FG 3614B	837KR	45
FG 363	862	50
FG 364	862	50
FG 364 C	862	50
FG 365	862	50
FG 365 C	862	50
FG 366	877	64
FG 366 C	877	64
FG 366 CB	877	64
FG 366 GB	877	64
FG 367	862	50
FG 367 C	862	50
FG 370	369	69
FG 370 C	369	69
FG 3710B	836KR	44
FG 3712B	837KR	45
FG 3714B	836KR	44
FG 378	863	51
FG 378 C	863	51
FG 388	878	65
FG 388 C	878	65
FG 388 CB	878	65
FG 388 GB	878	65
FG 397	836KR	44
FG 398	836KR	44
FG 399	836KR	44
FG 399 C	836KR	44
FG 400	801	36
FG 400 C	801	36
FG 400 CB	801	36
FG 400 GB	801	36
FG 400A	801	36
FG 400A C	801	36
FG 400B	801	36
FG 400B C	801	36
FG 400N	801	36
FG 400N C	801	36
FG 400N CB	801	36
FG 400N GB	801	36
FG 400S	801	36
FG 400S C	801	36
FG 400S CB	801	36
FG 400S GB	801	36
FG 401	801	36
FG 401 C	801	36

Intensiv Code	Form	Seite
FG 401 CB	801	36
FG 401 GB	801	36
FG 4011A	909	72
FG 402	805	38
FG 402 C	805	38
FG 402 CB	805	38
FG 402 GB	805	38
FG 4035	833	74
FG 4036	837	43
FG 4037	879	65
FG 4038	882	47
FG 404	838	46
FG 404 C	838	46
FG 404 CB	838	46
FG 404 GB	838	46
FG 4040B	879	65
FG 404L	863	51
FG 405L	863	51
FG 405L C	863	51
FG 405L GB	863	51
FG 406	877	64
FG 406 C	877	64
FG 406 GB	877	64
FG 4062	877K	66
FG 407R	845KR	54
FG 407R C	845KR	54
FG 407R GB	845KR	54
FG 408	878	65
FG 408 C	878	65
FG 408 CB	878	65
FG 408 GB	878	65
FG 409R	845KR	54
FG 409R C	845KR	54
FG 409R GB	845KR	54
FG 40D1	956	62
FG 40D14	858	60
FG 40D16	855	57
FG 40D17	855	57
FG 40D18	856	58
FG 40D2	858	60
FG 40D21	888	51
FG 40D25	856	58
FG 40D26	856	58
FG 40D3	859	61
FG 40D34	859	61
FG 40D4	859	61
FG 40D5	848	53
FG 40D6	850	59
FG 40D7	855	57
FG 40D8	855	57
FG 40D9	955	62
FG 410	879	65
FG 410 C	879	65
FG 410 CB	879	65
FG 410 GB	879	65
FG 4101	898	67
FG 4102L	898	67
FG 4103	898	67
FG 410L	879L	65
FG 410L C	879L	65
FG 410L CB	879L	65
FG 410L GB	879L	65
FG 411	838	46
FG 4113	846	52
FG 4113NR	847KR	55
FG 4113S	847	53
FG 4114	836	43
FG 4117	847	53
FG 4117A	852	60
FG 4117N	847	53
FG 4117S	852	60
FG 411A	838	46

FG

Intensiv Code	Form	Seite
FG 411A C	838	46
FG 411R	845KR	54
FG 411R C	845KR	54
FG 411R GB	845KR	54
FG 412	838	46
FG 412 C	838	46
FG 412 GB	838	46
FG 4123	886Z	63
FG 4124L	886	48
FG 412A	838	46
FG 413	845	52
FG 413 C	845	52
FG 413 CB	845	52
FG 413 GB	845	52
FG 4132	833	74
FG 4135	833	74
FG 413R	845KR	54
FG 413R C	845KR	54
FG 413R GB	845KR	54
FG 414	836KR	44
FG 414 C	836KR	44
FG 416	805	38
FG 416 C	805	38
FG 416 CB	805	38
FG 416 GB	805	38
FG 4161	877K	66
FG 4161N	877K	66
FG 4162	877K	66
FG 4163	877K	66
FG 417R	846KR	54
FG 417R C	846KR	54
FG 4181	878K	59
FG 4181N	878K	67
FG 4182	878K	67
FG 4184	878K	67
FG 4185	878K	67
FG 4192	879K	67
FG 4193	879K	59
FG 4194	879K	67
FG 4195	879K	67
FG 4198	811	71
FG 4199	801	36
FG 420	836KR	44
FG 420 C	836KR	44
FG 4200	801	36
FG 4200S	801	36
FG 4201	801	36
FG 4201NL	801L	37
FG 4201S	801	36
FG 4204	835	42
FG 4205	860	49
FG 4205L	861	49
FG 4206	845	52
FG 421	836KR	44
FG 4210	835	42
FG 4211S	835	42
FG 4212	835	42
FG 4212S	835	42
FG 4213	846	52
FG 4214	835	42
FG 4218	830	40
FG 4219	830	40
FG 4223R	830L	41
FG 4224	830RL	41
FG 4225	830RL	41
FG 4228	845	52
FG 422R	847KR	55
FG 422R C	847KR	55
FG 422R CB	847KR	55
FG 4233	850	59
FG 4235	856	58
FG 4235A	856	58

Intensiv Code	Form	Seite
FG 4235S	856	58
FG 4236	850	59
FG 4237	850	59
FG 4238	850	59
FG 4238L	856L	58
FG 423R	848KR	55
FG 423R C	848KR	55
FG 423R CB	848KR	55
FG 423R GB	848KR	55
FG 4240	850L	59
FG 4241	811L	71
FG 4243	899	71
FG 4245	899	71
FG 4249	850L	59
FG 4250	379	69
FG 4250B	379	69
FG 4253	368	68
FG 4254	368	68
FG 4255	368	68
FG 4255A	368	68
FG 4256	379	69
FG 4257	379	69
FG 4258	379	69
FG 4258A	379	69
FG 4259	379	69
FG 425 CB	846KR	54
FG 426	889	75
FG 4274	390	70
FG 4274N	390	70
FG 428	889	75
FG 428 C	889	75
FG 4300	802	37
FG 4300S	802	37
FG 4304	835	42
FG 4305	880	46
FG 4305L	882	47
FG 4305LP	837KR	45
FG 4305S	880	46
FG 4306	877	64
FG 4307	881	47
FG 4307L	882	47
FG 4307N	882	47
FG 4308	878	65
FG 4308S	878	65
FG 4310	879	65
FG 4310B	879	65
FG 4310S	874	75
FG 4311	862	50
FG 4311S	862	50
FG 4312N	863	51
FG 4313	845	52
FG 4314	837	43
FG 4314L	837L	43
FG 4314S	837	43
FG 4315	881	47
FG 4315L	881	47
FG 4315S	881	47
FG 4322	881	47
FG 4323	830L	41
FG 4325	881	47
FG 4325L	837KR	45
FG 4335	392	74
FG 4365	862	50
FG 4370	369	69
FG 4388	878	65
FG 4400	801	36
FG 4400N	801	36
FG 4400S	801	36
FG 4401	801	36
FG 4405L	863	51
FG 4406	877	64
FG 4406B	877	64

Intensiv Code	Form	Seite
FG 4407R	845KR	54
FG 4408	878	65
FG 4409R	845KR	54
FG 4410	879	65
FG 4410L	879L	65
FG 4413R	845KR	54
FG 4414	836KR	44
FG 4414B	836KR	44
FG 4417R	846KR	54
FG 4422R	847KR	55
FG 4426	889	75
FG 4427	847KR	55
FG 4505	863	51
FG 4505L	863	51
FG 451 Rapido	848	53
FG 4517	847KR	55
FG 4520	847	53
FG 4526	847KR	55
FG 4610	909	72
FG 4612	835	42
FG 4614	837KR	45
FG 4614B	837KR	45
FG 466	877	64
FG 466 C	877	64
FG 466 CB	877	64
FG 467	877	64
FG 467 C	877	64
FG 468	878	65
FG 469	878	65
FG 4699	801L	37
FG 470	878	65
FG 470 C	878	65
FG 471	879	65
FG 471 C	879	65
FG 472	879	65
FG 472 C	879	65
FG 473L	879L	65
FG 473L C	879L	65
FG 474L	879L	65
FG 474L C	879L	65
FG 480	839	74
FG 480 C	839	74
FG 481	849	57
FG 482	849	57
FG 482 C	849	57
FG 483	849	57
FG 483 C	849	57
FG 484	849	57
FG 484 C	849	57
FG 485	849	57
FG 485 C	849	57
FG 486	849	57
FG 5011A	909	72
FG 505	863	51
FG 505 C	863	51
FG 505 GB	863	51
FG 505L	863	51
FG 505L C	863	51
FG 505L GB	863	51
FG 5062	877K	66
FG 50D14	858	60
FG 50D16	855	57
FG 50D18	856	58
FG 50D2	858	60
FG 50D3	859	61
FG 50D34	859	61
FG 50D4	859	61
FG 50D5	848	53
FG 50D6	850	59
FG 50D7	855	57
FG 50D8	855	57

Intensiv Code	Form	Seite
FG 50D9	955	62
FG 5102L	898	67
FG 5113A	852	60
FG 5116N	847	53
FG 5117	847	53
FG 5117S	852	60
FG 513	846KR	54
FG 513 C	846KR	54
FG 517	847KR	55
FG 517 C	847KR	55
FG 5181	878K	67
FG 5182	878K	67
FG 5195	879K	67
FG 520	847	53
FG 5201	801	36
FG 5201S	801	36
FG 5205	860	49
FG 5205L	861	49
FG 5206	845	52
FG 5214	835	42
FG 5218	830	40
FG 5219	830	40
FG 5223	830L	41
FG 5225	830RL	41
FG 5234	850	59
FG 5235	856	58
FG 5236	850	59
FG 5237	850	59
FG 5238	850	59
FG 5243	899	71
FG 5245	899	71
FG 5250	379	70
FG 5253	368	68
FG 5254	368	68
FG 5255	368	68
FG 5255A	368	68
FG 5256	379	69
FG 5257	379	69
FG 5257S	379	69
FG 5258	379	69
FG 5259	379	69
FG 526	847KR	55
FG 526 C	847KR	55
FG 526 GB	847KR	55
FG 5274	390	70
FG 5274N	390	70
FG 5305	880	46
FG 5305L	882	47
FG 5308	878	65
FG 5310	879	65
FG 5310B	879	65
FG 5310S	874	75
FG 5311	862	50
FG 5312N	863	51
FG 5314	837	43
FG 5314S	837	43
FG 5315	881	47
FG 5315L	881	47
FG 5315S	881	47
FG 5325L	837KR	45
FG 5335	392	70
FG 5400	801	36
FG 5400S	801	36
FG 5401	801	36
FG 5405L	863	51
FG 5406	877	64
FG 5407R	845KR	54
FG 5408	878	65
FG 5410	879	65
FG 5410L	879L	65
FG 5414	836KR	44
FG 5417R	846KR	54

Intensiv Code	Form	Seite
FG 5422R	847KR	55
FG 5423R	848KR	55
FG 5505	863	51
FG 5505L	863	51
FG 5510	836KR	44
FG 5514	836KR	44
FG 5526	847KR	55
FG 5712B	837KR	45
FG 609	837KR	45
FG 609 C	837KR	45
FG 610N	909	72
FG 610N C	909	72
FG 611 C	837KR	45
FG 612	835	42
FG 6S	848	53
FG 6S C	848	53
FG 707 C	835	42
FG 712 C	837KR	45
FG 8030	859	61
FG 8040	879	65
FG 8040S	879	65
FG 80D3	859	65
FG 80D4	859	61
FG 80D6	850	59
FG 80D7	855	57
FG 80D9	955	62
FG 8113NR	847KR	55
FG 8113R	846KR	54
FG 8113S	847	53
FG 8117	847	53
FG 8195	879K	67
FG 8200	801	36
FG 8200S	801	36
FG 8201	801	36
FG 8201NL	801L	37
FG 8204	835	42
FG 8206	845	52
FG 8211	835	42
FG 8212S	835	42
FG 8214	835	42
FG 8218	830	40
FG 8223	830L	41
FG 8224	830L	41
FG 8225	830L	41
FG 8234	850	59
FG 8235	856	58
FG 8236	850	59
FG 8237	850	59
FG 8238	850	59
FG 8250	379	70
FG 8255	368	68
FG 8255A	368	68
FG 8257	379	69
FG 8258	379	69
FG 8259	379	69
FG 8305L	882	47
FG 8305LP	837KR	45
FG 8308	878	65
FG 8310	879	65
FG 8315L	881	47
FG 8315S	881	47
FG 8325L	837KR	45
FG 8388	878	65
FG 8400	801	36
FG 8400N	801	36
FG 8400S	801	36
FG 8404	838	46
FG 8406A	877	64
FG 8410	879	65
FG 8410L	879L	65
FG 8411R	845KR	54
FG 8414	836KR	44

Intensiv Code	Form	Seite
FG 8414B	836KR	44
FG 8417R	846KR	54
FG 8422R	847KR	55
FG 8423R	848KR	55
FG 8425	846KR	54
FG 8427	847KR	55
FG 8505L	863	51
FG 8510	836KR	44
FG 8513	846KR	54
FG 8514	836KR	44
FG 8517	847KR	55
FG 8525	846KR	54
FG 8526	847KR	55
FG 8614	837KR	45
FG 8710	836KR	44
FG 8712	837KR	45
FG 8714	836KR	44
FG 9040	879	65
FG 90D1	956	62
FG 90D14	858	60
FG 90D2	858	60
FG 90D3	859	61
FG 90D4	859	61
FG 90D6	850	59
FG 90D9	955	62
FG 9195	879K	67
FG 92	825	73
FG 9205	860	49
FG 9205L	861	49
FG 9206	845	52
FG 9214	835	42
FG 9223	830L	41
FG 9235	856	58
FG 9236	850	59
FG 9238	850	59
FG 9243	899	71
FG 9245	899	71
FG 9250	379	70
FG 9255	368	68
FG 9259	379	69
FG 9274	390	70
FG 9274N	390	70
FG 9305L	882	47
FG 9308	878	65
FG 9315L	881	47
FG 9323	830L	41
FG 9325L	837KR	45
FG 9327	837KR	45
FG 9400	801	36
FG 9401	801	36
FG 9405L	863	51
FG 95	888	51
FG 95 C	888	51
FG 95 GB	888	51
FG 9505L	863	51
FG 98	836	43
FG 99	836	43
FG D1	956	62
FG D1 C	956	62
FG D1 GB	956	62
FG D11	858	60
FG D11 C	858	60
FG D11 GB	858	60
FG D11A	858	60
FG D11A C	858	60
FG D12	848	53
FG D13	848	53
FG D13 C	848	53
FG D13L	848L	53
FG D13L C	848L	53
FG D14	858	60
FG D14 C	858	60

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

FGL RA

Intensiv Code	Form	Seite
FG D14 GB	858	60
FG D15	848	53
FG D15 C	848	53
FG D15L	848L	53
FG D15L C	848L	53
FG D16	855	57
FG D16 C	855	57
FG D16 CB	855	57
FG D16 GB	855	57
FG D17	855	57
FG D17 C	855	57
FG D17 CB	855	57
FG D18	856	58
FG D18 C	856	58
FG D18 CB	856	58
FG D18 GB	856	58
FG D19	848	53
FG D19 C	848	53
FG D19L	848L	53
FG D19L C	848L	53
FG D2	858	60
FG D2 C	858	60
FG D2 GB	858	60
FG D20	888	51
FG D20 C	888	51
FG D20 CB	888	51
FG D20 GB	888	51
FG D21	888	51
FG D21 C	888	51
FG D21 CB	888	51
FG D21 GB	888	51
FG D22	848	53
FG D22 C	848	53
FG D22 CB	848	53
FG D22 GB	848	53
FG D22L	848L	53
FG D22L C	848L	53
FG D23	856	58
FG D24	856	58
FG D25	856	58
FG D25 C	856	58
FG D25 CB	856	58
FG D26	856	58
FG D26 C	856	58
FG D3	859	61
FG D3 C	859	61
FG D3 GB	859	61
FG D33	859L	61
FG D33 C	859L	61
FG D34	859	61
FG D34 C	859	61
FG D34 GB	859	61
FG D34A	859	61
FG D34A C	859	61
FG D34A GB	859	61
FG D35	859L	61
FG D35 C	859L	61
FG D36	859L	61
FG D36 C	859L	61
FG D37	859L	61
FG D37 C	859L	61
FG D38	859	61
FG D38 C	859	61
FG D39	859	61
FG D39 C	859	61
FG D4	859	61
FG D4 C	859	61
FG D4 GB	859	61
FG D40	860	49
FG D4A	859	61
FG D4A C	859	61
FG D5	848	53

Intensiv Code	Form	Seite
FG D5 C	848	53
FG D5 CB	848	53
FG D5 GB	848	53
FG D5L	848L	53
FG D5L C	848L	53
FG D6	850	59
FG D6 C	850	59
FG D6 CB	850	59
FG D6 GB	850	59
FG D7	855	57
FG D7 C	855	57
FG D7 CB	855	57
FG D7 GB	855	57
FG D8	855	57
FG D8 C	855	57
FG D8 CB	855	57
FG D8 GB	855	57
FG D9	955	62
FG D9 C	955	62
FG D9 GB	955	62
FG S12 Pilot	834	64
FG S4 Pilot	834	64
FG S8 Pilot	834	64

Intensiv Code	Form	Seite
FGL 200	801	36
FGL 200 C	801	36
FGL 201	801	36
FGL 201 C	801	36
FGL 201N	801	36
FGL 201N C	801	36
FGL 201S	801	36
FGL 201S C	801	36
FGL 206	845	52
FGL 206 C	845	52
FGL 255	368	68
FGL 255 C	368	68
FGL 258	379	69
FGL 258 C	379	69
FGL 400	801	36
FGL 400N	801	36
FGL 400N C	801	36
FGL 400S	801	36
FGL 400S C	801	36
FGL 4258	379	69
FGL 5255	368	68
FGL 5258	379	59

Intensiv Code	Form	Seite
RA 113	846	52
RA 113 C	846	52
RA 113 GB	846	52
RA 113A	852	60
RA 113A GB	852	60
RA 114	836	43
RA 114 GB	836	43
RA 117	847	53
RA 117 C	847	53
RA 117 GB	847	53
RA 117S	852	60
RA 117S GB	852	60
RA 11A	909	72
RA 11A GB	909	72
RA 130	815	72
RA 18L	857	56
RA 19	851	56
RA 199	801	36
RA 19L	857	56
RA 200	801	36
RA 200 C	801	36
RA 200 GB	801	36
RA 200S	801	36
RA 200S GB	801	36
RA 201	801	36
RA 201 C	801	36
RA 201 GB	801	36
RA 201S	801	36
RA 201S C	801	36
RA 201S GB	801	36
RA 202	805	38
RA 202 C	805	38
RA 202 CB	805	38
RA 202 GB	805	38
RA 204	835	42
RA 204 C	835	42
RA 204 GB	835	42
RA 205	860	49
RA 205 GB	860	49
RA 205L	861	49
RA 205L GB	861	49
RA 206	845	52
RA 206 GB	845	52
RA 208	845	52
RA 210	835	42
RA 210 GB	835	42
RA 212	835	42
RA 212S	835	42
RA 214	835	42
RA 214 C	835	42
RA 216	805	38
RA 216 GB	805	38
RA 216N	805	38
RA 219	830R	40
RA 219 C	830R	40
RA 220	830R	40
RA 220 C	830R	40
RA 220 GB	830R	40
RA 223	830RL	41
RA 223 GB	830RL	41
RA 236	850	59
RA 236 C	850	59
RA 236 GB	850	59
RA 250	379	59
RA 254	368	68
RA 254 C	368	68
RA 254 GB	368	68
RA 255	368	68
RA 255 C	368	68
RA 255 GB	368	68
RA 255A	368	68
RA 255A GB	368	68

Intensiv Code	Form	Seite
RA 274	390	68
RA 274 GB	390	70
RA 30	859	61
RA 300	802	37
RA 301	802	37
RA 301S	802	37
RA 305L	882	47
RA 305L GB	882	47
RA 308	878	65
RA 308 GB	878	65
RA 30D8	855	57
RA 31	837	43
RA 310	879	65
RA 310 C	879	65
RA 310 GB	879	65
RA 311	862	50
RA 311 GB	862	50
RA 3113R	846KR	54
RA 3117	847	53
RA 314	837	43
RA 314 C	837	43
RA 314 GB	837	43
RA 314S	837	43
RA 314S GB	837	43
RA 315S	881	47
RA 315S C	881	47
RA 315S GB	881	47
RA 32	879	65
RA 3201	801	36
RA 3205	860	49
RA 3219	830	40
RA 3236	850	59
RA 3250	379	69
RA 3274	390	70
RA 33	882	47
RA 34	368	68
RA 400	801	36
RA 400 C	801	36
RA 400 GB	801	36
RA 400S	801	36
RA 400S C	801	36
RA 400S GB	801	36
RA 401	801	36
RA 401 C	801	36
RA 401 GB	801	36
RA 4035	833	74
RA 4036	837	43
RA 4037	879	65
RA 4038	882	47
RA 4039	368	68
RA 404	838	46
RA 405L	863	51
RA 405L GB	863	51
RA 4062	877K	66
RA 40D18	856	58
RA 40D2	858	60
RA 40D3	859	61
RA 40D4	859	61
RA 40D6	850	59
RA 40D9	955	62
RA 4117	847	53
RA 4117S	852	60
RA 4201	801	36
RA 4205	860	49
RA 4205L	861	49
RA 4223R	830L	41
RA 4236	850	59
RA 4250	379	69
RA 4255	368	68
RA 4258	379	69
RA 4274	390	70
RA 4308	878	65

Intensiv Code	Form	Seite
RA 4311	862	50
RA 4400	801	36
RA 4401	801	36
RA 4406	877	64
RA 5062	877K	66
RA 50D18	856	58
RA 50D2	858	60
RA 50D3	859	61
RA 50D6	850	59
RA 50D9	955	62
RA 5117	847	53
RA 5117S	852	60
RA 5201	801	36
RA 5205	860	49
RA 5205L	861	49
RA 5223	830L	41
RA 5236	850	59
RA 5250	379	69
RA 5255	368	68
RA 5255A	368	68
RA 5274	390	70
RA 5400	801	36
RA 5400S	801	36
RA 8223	830L	41
RA 8250	379	69
RA 90D14	858	60
RA 9205	860	49
RA 9274	390	70
RA 95	888	51
RA 95 C	888	51
RA 95 GB	888	51
RA A6	368	68
RA D1	956	62
RA D1 GB	956	62
RA D11	858	60
RA D14	858	60
RA D16	855	57
RA D16 C	855	57
RA D16 GB	855	57
RA D18	856	58
RA D18 C	856	58
RA D18 GB	856	58
RA D2	858	60
RA D2 C	858	60
RA D2 GB	858	60
RA D20	888	51
RA D21	888	51
RA D21 GB	888	51
RA D22	848	53
RA D22 C	848	53
RA D22 CB	848	53
RA D22 GB	848	53
RA D3	859	61
RA D3 C	859	61
RA D3 GB	859	61
RA D4	859	61
RA D4 C	859	61
RA D4 GB	859	61
RA D5	848	53
RA D5 GB	848	53
RA D6	850	59
RA D6 C	850	59
RA D6 CB	850	59
RA D6 GB	850	59
RA D7	855	57

Notizen

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

P001D
Edition 2025

Intensiv
Swiss Dental Products

Proud member of
SWISS dental industry.ch
SWISS MEDTECH

Intensiv SA | Via al Molino 107 | 6926 Montagnola, Schweiz | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | www.intensiv.ch